

105x90mm

3000mlx6袋

## "信東" 連續性血液過濾補充液 甲

### CVVH Solution A

成分：(每ml中含)

Sodium Chloride ..... 8.60278mg  
Calcium Chloride dihydrate ..... 0.38224mg  
Magnesium Chloride hexahydrate ..... 0.29070mg

電解質濃度(mEq/L): Na<sup>+</sup> 147.2 ; Cl<sup>-</sup> 155.26 ; Ca<sup>++</sup> 5.2 ; Mg<sup>++</sup> 2.86

用法・用量：使用時利用血液幫浦，配合補充液乙(CVVH Solution B)使用，比例為1:1。  
適應症：配合血液過濾術之補充液。

#### 注意事項：

1. 本品為無熱原、無菌產品。
2. 使用前，請用力壓緊袋子，如發現漏液，請勿使用。
3. 使用前，請先振搖，如發現有異物請勿使用。
4. 請在室溫下貯存。
5. 使用前請詳閱說明書。
6. 宜注意是否有碳酸鈣沈澱發生，不可用同一針筒抽取CaCl<sub>2</sub> · 2H<sub>2</sub>O及NaHCO<sub>3</sub>。
7. 注意Heparin用量、血小板數等，另外動脈置針時，提醒護理人員，暫時使用局部肝素療法。
8. 發生下肢血栓時，須立即拔除管路。
9. 須常檢查血中 [Na<sup>+</sup>]、[K<sup>+</sup>]、[Cl<sup>-</sup>] 及 [HCO<sub>3</sub><sup>-</sup>]。 [Ca<sup>++</sup>]、[PO<sub>4</sub><sup>-3</sup>] 及 [Mg<sup>++</sup>] 也須間歇性檢查。
10. 要留意注射部位是否發生感染。
11. 本容器材質：PVC。



本藥限由醫師使用。

衛署藥製字第042449號 G-6377

委託者：信東生技股份有限公司  
桃園市桃園區介壽路22號  
製造廠：安星製藥股份有限公司  
新竹縣新豐鄉鳳坑村坑子口673號



4 711916 013607