2243B-03 "濟生"血液透析濃縮液 319

"Chi Sheng"

CHI SHENG

Hemodialysis Conc. 319 3.8L

簡介：血液透析濃縮液 319 為無熱原、無色至淡琥珀色的鹽類濃縮液。

組成：每公升含有下列成份及含量：

Composition	Per Liter Concentration		Diluted 1:36.83
Sodium Chloride	161.3 gm	2760 mmol	75.0 mmol
Potassium Chloride	5.48 gm	73.5 mmol	2.0 mmol
Magnesium Chloride Hexahydrate	3.76 gm	18.5 mmol	0.5 mmol
Calcium Chloride Dihydrate	6.77 gm	46.1 mmol	1.25 mmol
Acetic Acid	11.06 gm	184.2 mmol	5.0 mmol
Dextrose Monohydrate	40.515 gm	204.4 mmol	5.5 mmol

賦形劑：Purified water

適應症：配合洗腎機及人工腎臟，用以清洗腎臟病人之血中尿毒。

用法用量：

使用時稀釋方法依照 1 份"濟生"血液透析濃縮液 319，混合 1.83 份"濟生"血液透析濃縮液 300，再加上 34 份純水 (U.S.P 或同等級) 而成。

將"濟生"血液透析濃縮液 319 (Hemodialysis Conc. 319) 接於人工洗腎機之 Acid Nozzle，將濟生" 血液透析濃縮液 300 (Hemodialysis Conc. 300) 接於人工洗腎機之 Bicarbonate Nozzle 進行血液透析，治療時間由醫師決定，洗腎液的流速依照使用偵測器訂定之速度。

其離子濃度分別如下：

Formula	Na mEq/L	Ca mEq/L	K mEq/L	Mg mEq/L	Cl mEq/L	Acetate mEq/L	Bicarbonate mEq/L	Dextrose mg/dL
319	75	2.5	2.0	1.0	80.5	5.0	-	100
300	65	-	-	-	26	-	39	-
總量	140	2.5	2.0	1.0	106.5	5.0	39	100

注意事項：

1. 本藥限由醫師使用。
2. 適用於作重碳酸透析用洗腎機，非直接使用於人體。
3. 透析液稀釋前、後，若有沉澱發生，切勿使用。
4. 本品不得使用於注射或供腹膜灌洗之用。
5. 洗腎前請參考洗腎機操作手冊說明。
6. 不可使用於 COBE洗腎機上。
7. 透析液稀釋後須於 48 小時內使用。
8. 洗腎液須保持密封，包裝破損則勿使用。
9. 貯存條件：密封存放於陰涼處，不可冷凍。

4 719858 030911

Lot. No:

Mfg. Date:

Exp. Date:

包裝：10 公升以下塑膠桶裝。

衛署藥製字第 043260 號

製造廠：濟生化學製藥廠股份有限公司 地址：新竹縣湖口鄉新竹工業區實踐路3號

CHI SHENG CHEMICAL CORPORATION TEL:(03)598-3811 (代表)