# “濟生”血液透析濃縮液 205 及“濟生”血液透析濃縮液 200

Hemodialysis Concentrate 205 “Chi-Sheng” &

Hemodialysis Concentrate 200 “Chi-Sheng”

“濟生”血液透析濃縮液 205 及“濟生”血液透析濃縮液 200 為無熱原、無色至淡琥珀色的濃縮液

**組　成**：一、“濟生”血液透析濃縮液 205 (Hemodialysis Concentrate 205 “Chi-Sheng”)

每公升含有下列成分及含量

| composition | per Liter Concentration | | Diluted 1:35 |
|---|---|---|---|
| Sodium Chloride | 204.57 gm | 3500.3 mmol | 100.0 mmol |
| Potassium Chloride | 5.21 gm | 69.9 mmol | 2.0 mmol |
| Magnessium Chloride Hexahydrate | 2.66 gm | 13.1 mmol | 0.37 mmol |
| Calcium Chloride Dihydrate | 7.71 gm | 52.4 mmol | 1.5 mmol |
| Acetic Acid | 4.20 gm | 69.9 mmol | 2.0 mmol |
| Dextrose Monohydrate | 77.00 gm | 388.6 mmol | 11.1 mmol |

賦形劑: Purified Water

二、“濟生”血液透析濃縮液 200 (Hemodialysis Concentrate 200 “Chi-Sheng”)

每公升含有下列成分及含量

| composition | per Liter Concentration | | Diluted 1:35 |
|---|---|---|---|
| Sodium Bicarbonate | 81.25 gm | 967.1 mmol | 35 mmol |

賦形劑: Purified Water

**適 應 症**: 配合洗腎機及人工腎臟，用以洗清病人之血中尿毒。

**用法用量**: 使用時析試方法依照 1 份“濟生”血液透析濃縮液 205，混合 1.25 份“濟生”血液透析濃縮液 200，在加上 32.75 份純水(U.S.P 或同等級)而成。

將“濟生”血液透析濃縮液 205(Hemodialysis Concentrate 205 “Chi Sheng “)接於人工洗腎機之 Acid Nozzle，將“濟生”血液透析濃縮液 200(Hemodialysis Concentrate 200 “Chi-Sheng”)接於人工洗腎機之 Bicarbonate Nozzle 進行血液透析，治療時間由醫師決定，洗腎液的流速依照依照使用偵測器訂定之速度。

稀釋後各離子濃度分別如下

| Formula | Na mEq/L | Ca mEq/L | K mEq/L | Mg mEq/L | Cl mEq/L | Acetate mEq/L | Bicarbonate mEq/L | Dextrose mEq/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205 | 100 | 3.0 | 2.0 | 0.75 | 105.75 | 2.0 | -- | 200 |
| 200 | 35 | -- | -- | -- | -- | -- | 35 | -- |
| 總量 | 135 | 3.0 | 2.0 | 0.75 | 105.75 | 2.0 | 35 | 200 |

**注意事項:**

1. **本藥限由醫師使用。**
2. **本品不得使用於注射或供腹膜灌洗之用。**
3. **適用於作重碳酸透析用洗腎機，非直接使用於人體。**
4. **洗腎前請參考洗腎機操作手冊說明。**
5. **透析液稀釋後需立即使用。**
6. **透析液希試前、後，若有沉澱產生，切勿使用。**
7. **貯存條件: 密封存放於 25℃以下，不可冷凍。**
8. **洗腎液需保持密封，包裝破損則勿使用。**

**包　　裝**: 10 公升以下塑膠瓶裝

衛署藥製字第 043385 號

CHI SHENG

濟生化學製藥廠股份有限公司

CHI SHENG CHEMICAL CORPORATION

3251-02　新竹縣湖口鄉新竹工業區實踐路 3 號

3252-02　電　話：(03)5983811