2002B-03

3.8L

"佳液"酸性洗腎液 RB-1302

"Renabio" Acid Concentrates,

Part A. RB-1302

適應症：配合洗腎機及人工腎臟用以清洗腎臟病病人之血中尿毒。

用法用量：※本藥限由醫師使用。

本劑必須與重碳酸鹽液Renabio Part B. RB-01-L配製成36.83倍的稀釋液使用於洗腎機上，使用前需先參考洗腎機製造廠的指示，每份36.83倍的稀釋液是由一份本製劑混合1.83份重碳酸鹽液，再加上34份的純水(U.S.P.或同等級)所製成，一瓶配製好的洗腎液應含有下列成分：

最終透析用濃度

A部分 / B部分 / 水

Sodium----------140.0mEq/L
Calcium---------- 3.0mEq/L
Potassium---------- 2.0mEq/L
Magnesium---------1.0mEq/L
Chloride---------106.0mEq/L
Acetate---------- 4.0mEq/L
Bicarbonate------ 35.0mEq/L
Dextrose--------- 100mg / dL

賦形劑：Purified water

A部分酸性洗腎液包含下列化學成分

Each ml contains: (稀釋1:35.83)

Sodium Chloride----------174.3mg---4.70GM/L
Calcium Chloride Dihydrate-------8.1mg---0.22GM/L
Potassium Chloride----------5.5mg---0.15GM/L
Magnesium Chloride Hexahydrate ----------
----------3.7mg---0.10GM/L
Acetic acid glacial----------8.8mg---0.24GM/L
Dextrose Monohydrate ---------40.59mg---1.00GM/L
(equivalent to Dextrose----------36.9mg)

注意事項：

1. 本劑酸性洗腎液 Renabio Part A. RB-1302 請與重碳酸鹽液 Renabio Part B. RB-01-L 配合使用。
2. 洗腎前請參考洗腎機操作手冊說明。
3. 包裝損壞切勿使用，開封後必須馬上使用。
4. 不可使用於Cobe洗腎機上。
5. 避免污染。
6. 所有洗腎液經過的地方，如洗腎機、導管及容器等，均應消毒。
7. 產品非為無菌、無熱原性。
8. 透析液稀釋前、後，若有沉澱發生，切勿使用。
9. 透析液稀釋後需立即使用。

衛署藥製字第048430號

包裝：5公升以下、10公升及200公升塑膠瓶裝。

保存條件：密封存放於40℃以下保存環境，不可冷凍。

Lot No.：

製造日期：

保存期限：(西元年月日)

委託者
佳醫健康事業股份有限公司
新北市中和區中正路880號17樓
電話：(02)22251888

製造廠
CHI SHENG
濟生化學製藥廠股份有限公司
CHI SHENG CHEMICAL CORPORATION
新竹縣湖口鄉新竹工業區實踐路三號