



※附表、105 年度市售滅菌針灸針之無菌性監測結果清單

| 產地 | 中文品名 | 許可證字號 | 抽樣件數 | 監測結果 | |
|----|----------------|-------------------|------------------|------|----|
| 國產 | "協榮"拋棄式傳統鍼灸針 | 衛署醫器製字第 000598 號 | 6 | 合格 | |
| | "大立信"滅菌針灸針 | 衛署醫器製字第 002133 號 | 4 | 合格 | |
| | "宇光"鍼灸針 | 衛署醫器製字第 000601 號 | 3 | 合格 | |
| | "安九"拋棄式單手針 | 衛署醫器製字第 000640 號 | 3 | 合格 | |
| | "慶名"無菌針灸針 | 衛署醫器製字第 001203 號 | 2 | 合格 | |
| | 安旗單手鍼灸針 | 衛署醫器製字第 000494 號 | 2 | 合格 | |
| | 安旗傳統鍼灸針 | 衛署醫器製字第 000493 號 | 2 | 合格 | |
| | 育德針灸針 | 衛署醫器製字第 001192 號 | 1 | 合格 | |
| | 協榮拋棄式傳統鍼灸針 | 衛署醫器製字第 002118 號 | 1 | 合格 | |
| | 安旗拋棄式無菌耳針 | 衛署醫器製字第 002837 號 | 1 | 合格 | |
| | 京達無菌針灸針 | 衛部醫器製字第 004344 號 | 1 | 合格 | |
| 陸輸 | 佳順針灸針 | 衛署醫器陸輸字第 000294 號 | 4 | 合格 | |
| | 德銳適一次性鍼灸針 | 衛部醫器陸輸字第 000595 號 | 4 | 合格 | |
| | 佳順針灸針 | 衛署醫器陸輸字第 000470 號 | 4 | 合格 | |
| | 千輝針灸針 | 衛署醫器陸輸字第 000153 號 | 3 | 合格 | |
| | 瑞琪爾針灸針 | 衛署醫器陸輸字第 000394 號 | 3 | 合格 | |
| | 宇祥針灸針 | 衛署醫器陸輸字第 000380 號 | 3 | 合格 | |
| | "邦德"一次性使用無菌針灸針 | 衛部醫器陸輸字第 000570 號 | 2 | 合格 | |
| | 采揚針灸針 | 衛部醫器陸輸字第 000723 號 | 1 | 合格 | |
| | 唯得美一次性使用無菌針灸針 | 衛署醫器陸輸字第 000254 號 | 1 | 合格 | |
| 輸入 | 韓國 | "東邦"針灸針 | 衛署醫器輸字第 014494 號 | 3 | 合格 |
| | 越南 | "高氏"針灸針 | 衛署醫器輸字第 019334 號 | 1 | 合格 |
| | 日本 | "清鈴"針灸針 | 衛部醫器輸字第 027783 號 | 1 | 合格 |