Union 健盟印刷企業有限公司
Label 見鎔企業有限公司
電話：(02)8976-9025
傳真：(02)8976-9077

客人校稿注意事項：

1.設計稿圖文由委託人提供，請確保有無侵害第三人所有智慧財產權，並由委託人無條件負擔該責任。
2.此稿件已核對無誤(包含圖文、編排、設計、尺寸)同意依稿付印。
3.依稿付印後，才告知內容、尺寸有誤，由客戶端負完全責任。

客　戶　簽　章

稿件資料 | 尺　　寸：130x90mm　　**印刷顏色：2特色**

刀線　　日期：103/05/22　校稿次數：初稿

2229A-01 "濟生"® "Chi Sheng" CHI SHENG

血液透析濃縮液 9000 Part II

Hemodialysis Conc. 9000 Part II 847gm

簡介："濟生"血液透析濃縮液 **9000 Part I** 為無色澄清之水溶液，"濟生"血液透析濃縮液 **9000 Part II** 為乾性混合物。在正式透析前工作人員先將乾性混合物與水混合成重碳酸溶液之後連接至洗腎機上。酸性濃縮液不須經與水混合即可連接至洗腎機上。

組成：每克含有下列成份及含量：

Composition	Per Gm Concentration
Sodium Bicarbonate	739.08 mg
Sodium Chloride	260.92 mg

賦形劑：Purified water

其離子濃度分別如下：

Formula	Na mEq/L	Ca mEq/L	K mEq/L	Mg mEq/L	Cl mEq/L	Acetate mEq/L	Bicarbonate mEq/L	Dextrose g/L
9000 part I	79	3.5	2.0	1.5	86	4.0	-	2.0
9000 part II	59.0	-	-	-	20.0	-	39.0	-
總量	138.0	3.5	2.0	1.5	106	4.0	39.0	2.0

適應症：配合洗腎機及人工腎臟，用以清洗腎臟病人之血中尿毒。

用法用量：

使用時將"濟生"血液透析濃縮液 **9000 Part II** 每包 **847 gm** 以純水溶解並加至 **9.5** 公升，然後將"濟生"血液透析濃縮液 **9000 Part I** 合併使用。

將"濟生"血液透析濃縮液 **9000 Part I (Hemodialysis Conc. 9000 Part I)**："濟生"血液透析濃縮液 **9000 Part II (Hemodialysis Conc. 9000 Part II)**：純水為 **1**：**1.83**：**34** 之比例混合而成透析液。

注意事項：
1.本品不含熱原。
2.若有沉澱發生，切勿使用。
3.透析液稀釋後須立即使用。
4.本藥限由醫師使用。
5.貯存條件：密封存放於陰涼處，不可冷凍。

Lot. No:
Mfg. Date:
Exp. Date:

包裝：847x10gm/包 以下鋁箔袋裝 。　衛署藥製字第 037171 號

製造廠：濟生化學製藥廠股份有限公司　地址：新竹縣湖口鄉新竹工業區實踐路3號
CHI SHENG CHEMICAL CORPORATION　TEL:(03)598-3811 (代表)