2240-03

CHI SHENG

"濟生"血液透析濃縮液 A-25

"Chi Sheng"

Hemodialysis Conc. A-25 10L

簡介：血液透析濃縮液 **A-25** 為無熱原、無色至淡琥珀色的鹽類濃縮液。

組成：每公升含有下列成份及含量：

Composition	Per Liter Concentration		Diluted 1:36.83
Sodium Chloride	172.2 gm	2946 mmol	80.0 mmol
Calcium Chloride Dihydrate	6.8 gm	46.3 mmol	1.26 mmol
Potassium Chloride	5.5 gm	73.8 mmol	2.0 mmol
Magnesium Chloride Hexahydrate	3.7 gm	18.2 mmol	0.5 mmol
Acetic Acid	8.8 gm	147.6 mmol	4.0 mmol
Dextrose Monohydrate	81.07 gm	409.4 mmol	11.1 mmol

賦形劑：Purified water

適應症：配合洗腎機及人工腎臟，用以清洗腎臟病人之血中尿毒。

用法用量：

使用時先將一包血液透析濃縮劑 **BP-11 (847gm)** 配製成 **9.46L** 之溶液，稀釋方法依照 **1** 份"濟生"血液透析濃縮液 **A-25**，混合 **1.83** 份血液透析濃縮劑 **BP-11** 配製好之溶液，再加上 **34** 份純水 **(U.S.P** 或同等級 **)** 而成。

將"濟生"血液透析濃縮液 **A-25 (Hemodialysis Conc. A-25)** 接於人工洗腎機之 **Acid Nozzle**，將"濟生"血液透析濃縮劑 **BP-11 (Hemodialysis Conc. BP-11)** 接於人工洗腎機之 **Bicarbonate Nozzle** 進行血液透析，治療時間由醫師決定，洗腎液的流速依照使用偵測器訂定之速度。

其離子濃度分別如下：

Formula	Na mEq/L	Ca mEq/L	K mEq/L	Mg mEq/L	Cl mEq/L	Acetate mEq/L	Bicarbonate mEq/L	Dextrose mg/dL
A-25	80	2.5	2.0	1.0	85.5	4.0	-	200
BP-11	59.0	-	-	-	20.0	-	39.0	-
總量	139.0	2.5	2.0	1.0	105.5	4.0	39.0	200

注意事項：

1.本藥限由醫師使用。
2.適用於作重碳酸透析用洗腎機，非直接使用於人體。
3.透析液稀釋前、後，若有沉澱發生，切勿使用。
4.本品不得使用於注射或供腹膜灌洗之用。
5.洗腎前請參考洗腎機操作手冊說明。
6.不可使用於COBE洗腎機上。
7.透析液稀釋後須立即使用。
8.洗腎液須保持密封，包裝破損則勿使用。
9.貯存條件：密封存放於40℃以下貯存環境，不可冷凍。

4 719858 030904

Lot. No:
Mfg. Date:
Exp. Date:

包裝：5公升以下及7.6、10、19、200 公升塑膠桶裝。

衛署藥製字第 041675 號

製造廠：濟生化學製藥廠股份有限公司 地址：新竹縣湖口鄉新竹工業區實踐路3號
CHI SHENG CHEMICAL CORPORATION TEL:(03)598-3811（代表）