2005-01
10L
"佳液"酸性洗腎液 RB-1301
"Renabio" Acid Concentrates,
Part A. RB-1301
適應症：配合洗腎機及人工腎臟用以清洗腎臟病病人之血中尿毒。
用法用量：僅本藥限由醫師使用。
本劑必須與重碳酸鹽粉Renabio Part B. RB-01溶解之後的濃縮液配製成36.83倍的稀釋液使用於洗腎機上，使用前需先參考洗腎機製造商的指示，每份36.83倍的稀釋液是由一份本製劑混合1.53份重碳酸鹽粉溶解之後的濃縮液，再加上34份的純水 (U.S.P或同等級) 所製成，一瓶配製好的洗腎液應含有下列成分：
最終透析用濃度
A部分 B部分 / 水
Sodium——140.0mEq/L
Calcium——3.0mEq/L
Potassium——1.0mEq/L
Magnesium——1.0mEq/L
Chloride——106.0mEq/L
Acetate——4.0mEq/L
Bicarbonate——35.0mEq/L
Dextrose——200mg / dL
A部分酸性洗腎液包含下列化學成分
Each liter contains (稀釋1:34)
Sodium Chloride——174.3gm——4.1GM/L
Calcium Chloride Dihydrate——8.1gm——0.2GM/L
Potassium Chloride——2.7gm——0.0GM/L
Magnesium Chloride Hexahydrate——
——7gm——0.2GM/L
Acetic acid——8gm——0.2GM/L
Dextrose Monohydrate——61.07gm——2.00GM/L
(equivalent to Dextrose——73.7gm)
注意事項：
1.本劑酸性洗腎液Renabio Part A. RB-1301請與重碳酸鹽粉Renabio Part B. RB-01溶解之後的濃縮液稀釋後使用，該濃縮液是由水、Sodium chloride與重碳酸鹽粉Sodium bicarbonate組成。
2.二種濃縮液不可混用或同時在做洗腎前需先確認濃度。
3.使用前需
4.不用時，
5.包裝破損
6.適用於做重碳酸鹽透析用洗腎機，非直接使用於人體。
7.不可使用於COBE洗腎機上。
8.瓶蓋打開後請於48小時內用完。
9.產品非為無菌、無熱原性。
10.透析液稀釋前、後，若有沉澱發生，切勿使用。
11.透析液稀釋後需立即使用。
衛署藥製字第047225號
包裝：5公升以下及10公升、200公升塑膠瓶裝。
保存條件：室溫(30℃以下)密封保存，不可冷凍。
Lot No.: JC120
製造日期: 2015.12.16.
保存期限: 2017.12.15.
(填充年月日)
委託者
佳醫健康事業股份有限公司
新北市中和區中正路880號17樓
電話：(02)22251888
製造廠
CHI SHENG
濟生化學製藥廠股份有限公司
CHI SHENG CHEMICAL CORPORATION
新竹縣湖口鄉新竹工業區實踐路三號