〝衛寶〞洗腎機
"Gambro" Hemodialysis Machine

衛署醫器輸字第 010272 號

注意：使用前請務必詳閱原廠之使用說明書並遵照指示使用。

規格：AK 95 S

特色：

準備工作快速完成

機器全自動自我測試
自動灌注沖洗
可預設治療參數

治療過程簡單

可預設醋酸鹽 / 碳酸氫鹽溶液成份
可直接設定 Na^+和 HCO_3^-濃度
可隨時進入更改設定治療參數，螢幕顯示一目瞭然。
可搭配使用 BiCart 透析乾粉
具超過濾控制
可自動由獨立超過濾模式切至擴散作用模式。
自動校正並顯示非擴散的時間
低再循環之單針 /單幫浦

衛生

機器自動消毒
可預設使用不同的消毒劑
可使用 CleanCart 乾粉式消毒劑
可使用加熱消毒模式，並選擇搭配或不搭配使用 CleanCart 乾粉式消毒劑
具化學消毒記憶

使用簡易

校正、預設、記錄簡單方便
採用電腦介面

選購的功能

分離式使用者面板- 可使病人舒適容易地監控自己的治療過程
經超過濾的透析液

規格：

血液流速控制

流速，雙針：0 和 15 至 500 ml/min
流速，單針：0 和 15 至 500 ml/min，時間或壓力控制

血壓監督

動脈壓：-700~ +750 mmHg
靜脈壓：-700~ +750 mmHg

空氣偵測

方法：超音波偵測器
滴槽大小：半徑 22 mm

肝素注射
流速：0 ~ 10 ml/h，可預設停止時間，並可讀取已注射的累積體積。

供水
進水壓力：0.12 ~ 0.6 MPa (1.2 ~ 6 bar)
進水溫度：5 ~ 30 °C
用水品質：需符合國家和國際標準，如 ANSI/AAMI 標準

透析液的準備和監控
溫度：可調範圍 35~39 °C 間
流速：500 ml/min
醋酸鹽濃度範圍：Na^+ 130 to 160 mmol/l
碳酸氫鹽濃度範圍：Na^+ 130 to 160 mmol/l，HCO_3^- 20 to 40 mmol/l
酸鹼值範圍：1.0 to 9.9

超過濾控制
超過濾體積：可調式，0~10.0 公升
準確度：± 50 ml/h 或 ±2.5%
過濾速：0 ~ 4 l/h

漏血感測
方法：遠紅光感應

消毒和清潔
化學法：過醋酸，漂白水或福馬林
熱消法：加熱，檸檬酸溶液或彈筒型 CleanCart 系列消毒劑

電源供應
主電源伏特數：100, 110, 230V
頻率：50 ~ 60 Hz
消耗功率：在 230V 下最大 2025W〔瓦〕
外接儀器
連接器：RS232 介面的 25 pin D-sub 或電流迴路

大小及重量
寬度：機器 350 mm， 架 574 mm
長度：機器 420 mm， 架 626 mm
高度：1200 mm
重量：62 kg

操作環境
室溫：10 ~ 35 °C
相對溼度：30 ~ 85%
氣壓：70 ~ 106 kPa (0.7 ~ 1.06 bar)

製造廠：

Gambro Lundia AB, Monitor Division
Box 10101
Magistratsvagen 16
S- 220 10 Lund
Sweden

藥商：衛寶股份有限公司

台北市 105 南京東路三段 305 號 7 樓

02-2716-6600