醫佳一次性使用真空採血管

（檸檬酸鈉 1:9）

Mediplus Single-use Containers for Human Venous Blood Specimen Collection

（Sodium Citrate）

許可證字號：衛署醫器陸輸字第 000409 號

體外診斷醫療器材（IVD）

1. 效能

   醫佳一次性使用真空採血管(檸檬酸鈉 1:9)用於血纖維系統檢測檢查。

2. 產品描述

   醫佳一次性使用真空採血管（檸檬酸鈉 1:9）外管是由無色透明 PET 塑膠製成，管口套上由 PE 材料所製之藍色安全護帽，安全護帽內裝有溴化丁基橡膠材料所製之灰色膠塞。管內添加無色透明之 1.8ml 添加 0.2ml 檸檬酸鈉(3.2%或 3.8%)蒸餾水，2.7ml 添加 0.3ml 檸檬酸鈉(3.2%或 3.8%)蒸餾水，4.5ml 添加 0.5ml 檸檬酸鈉(3.2%或 3.8%)蒸餾水。以上材料構成一支完整的一次性使用真空採血管（檸檬酸鈉 1:9）。

3. 使用說明

   使用醫佳一次性使用真空採血管（檸檬酸鈉 1:9）採血時，必須搭配採血針及採血針塑膠套筒用。先將採血針擰開，把採血針置在採血針套筒上。繫上止血帶，消毒穿刺部位，取下針帽進行穿刺。然後固定採血針套筒，將一次性使用真空採血管（檸檬酸鈉 1:9）推到套筒底部，見到血液流入，進行採血。血液停止流動後，拔下一次性使用真空採血管（檸檬酸鈉 1:9）。採血後請立即顛倒搖勻 5-8 次，請混勻標本。

4. 限制、警告與注意事項（使用或棄置）

a. 禁止使用破損、污染、洩漏的採血管。

b. 本品拋棄式一次性使用，用後銷毀，禁止重複使用。

c. 取樣後小心輕放，本器材（檸檬酸鈉 1:9）內含添加劑，請輕搖數次。

d. 爲避免本器材變形，採血後請不要放在 40℃以上的地方。

e. 採入本器材內的血液，須避免再返回人體。

f. 操作時請注意安全，避免污染。

g. 限由醫師或醫檢師使用。

5. 儲存

   a. 建議室溫 4℃-25℃保存。

   b. 醫佳一次性使用真空採血管預製準確的真空量，並保持良好的氣密性，未經使用的真空量可保存一年（有效期間爲一年），以保持採血量的準確性。

   c. 產品有效日期於每支管身及 100 支中包裝及外包裝箱上之標籤標註。

醫佳一次性使用真空採血管（檸檬酸鈉 1:9）規格

產品編號	真空度	帽蓋顏色	盒裝支數	試管材質	管身尺寸
VP1871	1.8ml	藍	100	PET	13x75mm
VP2771	2.7ml	藍	100	PET	13x75mm
VP4571	4.5ml	藍	100	PET	13x75mm

製造廠及輸入廠商名稱與地址

製造廠名稱：Fuzhou Changgeng Medical Devices Co., Ltd

製造廠地址：No.1, Southern District, The 2nd Period Project of Minhou Economic & Technological Development Zone, Ganzhe Street, Minhou County, China

藥商名稱：日溢健康有限公司

藥商地址：臺北市萬華區長沙街二段 91 號 7 樓之 13

藥商電話：02-23888705