

“醫強”透析液 10 號 RSL-10(B)

衛部藥製字第 060442 號

“Estrong” No.10 Hemodialysis Concentrate RSL-10 (B)

成份：Each Liter contains：

Sodium Chloride.....23.53gm

Sodium Bicarbonate.....65.95gm

適應症：配合洗腎機及人工腎臟用以清洗腎臟病人之血中尿毒。

用法用量：本藥限由醫師使用。

本劑必須配合“醫強”透析液 7 號 RS302(A)及純水(U.S.P.或同等級)稀釋成 35.83：1 之混合液來使用。做洗腎透析前需確認濃縮液泡製的正確性，並參考“醫強”透析液 7 號 RS302(A)的標籤指示。

最終透析用濃度：A 部分/B 部分/水

Sodium.....140.0mEq/L

Chloride.....106.0 mEq/L

Calcium..... 3.0mEq/L

Acetate.....4.0 mEq/L

Potassium.....2.0 mEq/L

Bicarbonate.....35.0 mEq/L

Magnesium.....1.0 mEq/L

Dextrose.....100.0mg/dL

其他成分(賦形劑)：Purified Water

注意事項：

1. 本劑“醫強”透析液 10 號 RSL-10(B)請與“醫強”透析液 7 號 RS302(A)配合使用，稀釋成 1：35.83 之混合液，適用於做重碳酸透析之洗腎機上。
2. 洗腎前請參考洗腎機操作手冊說明。
3. 包裝損壞切勿使用，開封後必須馬上使用，避免受潮。
4. 不可使用於 cobe 洗腎機上。
5. 避免污染。
6. 所有洗腎液經過的地方，如洗腎機、導管及容器等，均應消毒。
7. 泡製後請立即用完。
8. 產品非為無菌及無熱原性。
9. 透析液稀釋前、後，若有沉澱發生，切勿使用。
10. 透析液稀釋後需立即使用。

保存條件：室溫（30°C以下）密封保存，不可冷凍。

包裝：3.8 公升、10 公升 HDPE 塑膠瓶裝。

製造廠：醫強科技股份有限公司

地 址：屏東縣長治鄉德和村農園路 27 號

電 話：(08)762-9933

Ⓐ