醫療器材仿單標籤粘貼表

106. 8. 29

產品中文名稱	清和麗 Clear	申請廠商	鷗博科技有限公司



106. 8. 29

藥商名稱：
鷗博科技有限公司

藥商地址：
~~台北市中山區民生西路[illegible]~~
請依所轄衛生局核定內容刊載

製造廠名稱：
鷗博科技有限公司 委託
南光化學製藥股份有限公司 製造

製造廠地址：
台南市新化區全興里中山路1001號
、1001-1號
衛部醫器製字第 005675 號

optact
www.optact.com

4713006670103

清和麗

硬式透氧鏡片保養液
清潔・濕潤・消毒

120ml

清和麗硬式透氧鏡片保養液
適用於各種硬性透氧隱形眼鏡
，具清潔、消毒、濕潤功能。

成份：

Edetate Disodium	5.0
Benzyl Alcohol	1.0
Triton X-100	
Sodium Lauryl Ether Sulfate	
Water for Injection to 100mL	

使用方法請參閱盒內說明書

注意事項：

1. 本保養液不可直接接觸眼睛。
2. 本保養液浸泡過之鏡片，必須用清水徹底沖洗乾淨並用隱形眼鏡潤滑液潤滑後方可配戴。
3. 使用過之保養液要倒掉，不可重複使用。
4. 請勿將瓶口接觸任何物品，以免汙染。
5. 使用後請蓋緊瓶蓋並貯存在陰涼處（15-30℃）避免日光照射。
6. 請於瓶底標示的有效期內使用。
7. 眼睛如有不適，請停戴鏡片並立即洽詢眼科醫師。
8. 對保養液內任何成份有過敏者，不得使用。
9. 建議戴用前以生理食鹽水沖洗。

Clear Lens

Multi-Purpose Solution
Cleaning · Wetting · Disinfecting

120ml

Manufactured
Lot Number
Expiration (年月日)

用說明書及其中文仿單稿、最小包

※ 中文仿單稿包括適應症、禁忌症、型號（規格）、產品說明及注意事項等敘述，製造廠名稱、地址及藥商名稱、地址，如有附件、配件請一併列明

※ 仿單標籤等實物過大或印於玻璃金屬容器等不便於黏貼時可將照相影本代替黏

清和麗

硬式透氧鏡片保養液

清潔・濕潤・消毒

120ml x 2

106. 8. 2

騎縫章

請依所轄衛生局核定內容刊載

藥商名稱：
醫博科技有限公司
藥商地址：
台北市中山區民生西路16號8樓之1
製造廠名稱：
醫博科技有限公司 委託
南光化學製藥股份有限公司 製造
製造廠地址：
台南市新化區全興里中山路1001號、1001-1號
衛部醫器製字第 005675 號

optact
www.optact.com

Manufactured
Lot Number
Expiration (年月日)

4713006670080

Clear Lens

Multi-Purpose Solution

Cleaning · Wetting · Disinfecting

120ml x 2

清和麗硬式透氧鏡片保養液適用於各種硬性透氧隱形眼鏡，具清潔、消毒、濕潤功能。

成份：

Edetate Disodium	5.0
Benzyl Alcohol	1.0
Triton X-100	
Sodium Lauryl Ether Sulfate	
Water for Injection to 100ml	

使用方法請參閱盒內說明書

注意事項：

1. 本保養液不可直接接觸眼睛。
2. 本保養液浸泡過之鏡片，必須用清水徹底沖洗乾淨並用隱形眼鏡潤滑液潤滑後方可配戴。
3. 使用過之保養液要倒掉，不可重複使用。
4. 請勿將瓶口接觸任何物品，以免汙染。
5. 使用後請蓋緊瓶蓋並貯存在陰涼處（15-30℃）避免日光照射。
6. 請於瓶底標示的有效期內使用。
7. 眼睛如有不適，請停戴鏡片並立即洽詢眼科醫師。
8. 對保養液內任何成份有過敏者，不得使用。
9. 建議戴用前以生理食鹽水沖洗。

※ 裝訂原廠之仿單
※ 中文仿單稿包括
製造廠名稱、地
※ 仿單標籤等實物

醫療器材仿單標籤粘貼表

產品中文名稱	清和麗硬式透氧鏡片保養液 Clear Lens Multi-Purpose Solution	申請廠商	鷗博科技有限公司



衛部醫器製字第 005675 號

不可點眼

optact

Mfg.Date/
Lot No./
Exp.Date/

032817-00 26301200000M47

清和麗
Clear Lens

硬式透氧鏡片保養液
Multi-Purpose Solution

清潔・濕潤・消毒
Cleaning · Wetting · Disinfecting

120 mL

效能/
硬性透氧隱形眼鏡鏡片之清潔、消毒、濕潤功能

成 份/

Edetate Disodium	5.0
Benzyl Alcohol	1.0
Triton X-100	
Sodium Lauryl Ether Sulfate	
Water for injection to 100 mL	

使用方法及注意事項，請參閱盒內說明書

適用於硬性透氧隱形眼鏡
THIMERSOAL – FREE
FOR RGP CONTACT LENSES

藥商名稱：鷗博科技有限公司
藥商地址：~~台北市民生西路10號8樓之1~~
製造廠名稱：鷗博科技有限公司 委託
南光化學製藥股份有限公司 製造
製造廠地址：
台南市新化區全興里中山路1001號、1001-1號

請依所轄衛生局核定內容刊載

騎縫章（器製）

106. 8. 29.

※ 裝訂原廠之仿單、使用說明書及其中文仿單稿、最小包裝、標籤

※ 中文仿單稿包括適應症、禁忌症、型號（規格）、產品說明及注意事項等敘述，最後段須加刊製造廠名稱、地址及藥商名稱、地址，如有附件、配件請一併列明

※ 仿單標籤等實物過大或印於玻璃金屬容器等不便於黏貼時可將照相影本代替黏貼報核

醫療器材仿單標籤粘貼表

產品中文名稱	清和麗硬式透氧鏡片保養液 Clear Lens Multi-Purpose Solution	申請廠商	鷗博科技有限公司



衛部醫器製字第 005675 號

optact

清和麗硬式透氧鏡片保養液

Clear Lens Multi-Purpose Solution

說　明

清和麗硬式透氧鏡片保養液兼具清潔、消毒、潤濕之功能，不含有機汞(THI-MEROSAL)。
適用於硬性透氧隱形眼鏡。

效 能

硬式透氧隱形眼鏡片之清潔、消毒、濕潤。

成 份 Each mL contains

Edetate Disodium	5.0
Benzyl Alcohol	1.0
Triton X-100	
Sodium Lauryl Ether Sulfate	
Water for injection to 100 mL	

使用方法

1. 在處理鏡片前，請先用鷗沛得隱形眼鏡專用洗手乳徹底洗淨雙手。
2. 取下右眼鏡片，放入保存盒中。
3. 將清和麗保養液，注入盒中，至完全覆蓋鏡片，然後蓋上盒蓋。
4. 重複以上步驟處理左眼鏡片，然後放置過夜。
5. 配戴眼鏡之前，請先將右眼鏡片從鏡片保存盒中取出，將鏡片放在大拇指、食指和中指之間，在清水流下搓揉鏡片，直到沒有保養液殘留在鏡片上為止。
6. 在鏡片上滴二滴隱形眼鏡潤滑液後再配戴。
7. 重複以上步驟處理左眼鏡片。
8. 配戴鏡片後，請將鏡片保存盒中使用過的保養液倒掉，並用清水徹底洗淨後擦乾，以備下次使用。

注意事項

- ■ 本保養液不可直接接觸眼睛。
- ■ 本保養液浸泡過之鏡片，必須用清水徹底沖洗乾淨並用隱形眼鏡潤滑液潤滑後方可配戴。
- ■ 使用過之保養液要倒掉，不可重複使用。
- ■ 請勿將瓶口接觸任何物品，以免汙染。
- ■ 使用後請蓋緊瓶蓋並貯存在陰涼處（15-30℃）避免日光照射。
- ■ 請於瓶底標示的有效期內使用。
- ■ 眼睛如有不適，請停戴鏡片並立即洽詢眼科醫師。
- ■ 對保養液內任何成份有過敏者，不得使用。
- ■ 建議戴用前以生理食鹽水沖洗。

包 裝

30 mL、60 mL、100 mL、120 mL、240 mL、500 mL
以下塑膠瓶裝

www.optact.com

藥商名稱：鷗博科技有限公司

藥商地址：

~~台北市中山區民生西路16號8樓之1~~

請依所轄衛生局核定內容刊載

製造廠名稱：

鷗博科技有限公司 委託

南光化學製藥股份有限公司 製造

製造廠地址：

台南市新化區全興里中山路1001號、1001-1號

106. 8. 29

衛生福利部食品藥物管理署 騎縫章（器製）

※ 裝訂原廠之仿單、使用說明書及其中文仿單稿、最小包裝、標籤

※ 中文仿單稿包括適應症、禁忌症、型號（規格）、產品說明及注意事項等敘述，最後段須加刊製造廠名稱、地址及藥商名稱、地址，如有附件、配件請一併列明

※ 仿單標籤等實物過大或印於玻璃金屬容器等不便於黏貼時可將照相影本代替黏貼報核

醫療器材仿單標籤粘貼表

產品中文名稱	清和麗硬式透氧鏡片保養液 Clear Lens Multi-Purpose Solution	申請廠商	鷗博科技有限公司



06. 8. 29

※ 裝訂原廠之仿單、使用說明書及其中文仿單稿 [illegible]

※ 中文仿單稿包括適應症、禁忌症、型號（規格）、產品說明及注意事項等敘述，最後段須加刊製造廠名稱、地址及藥商名稱、地址，如有附件、配件請一併列明

※ 仿單標籤等實物過大或印於玻璃金屬容器等不便於黏貼時可將照相影本代替黏貼報核