

# **“史塔克” VWF 結合膠原蛋白能力酵素免疫法檢測套組**

## **回收警訊**

**許可證字號：** 衛署醫器輸字第 023340 號

**產品英文名稱：** “Stago” Asserachrom VWF：CB

**受影響規格/型號/批號：**

| 型號    | 批號         |
|-------|------------|
| 00239 | 114710(RE) |

**發布對象：** 醫療從業人員/醫療器材專業人員

**警訊說明：(回收/矯正原因描述)**

原廠檢測結果指出，Asserachrom® VWF: CB 產品批號 114710 (RE)相較於其他批號所檢測出來的 VWF:CB 數值高 30%。

**國內矯正措施：**

經查，國內進口之受影響數量共 2 盒。成信新貿易股份有限公司已於 106 年 5 月 18 日全數完成回收。

**廠商聯絡資訊：**

公司名稱：成信新貿易股份有限公司

聯絡電話：(02)2246-7799 分機 850

聯絡人電子郵件：

相關警訊來源(網址)：<https://mhra.filecamp.com/public/file/2ms0-kl09caks>