

"巴德" 組織取樣針

回收警訊

許可證字號：衛署醫器輸字第 007881 號

產品英文名稱："BARD" BIOPSY NEEDLE SYSTEM

受影響規格/型號/批號：

Max-Core 手控機型號 (含組織取樣針)	針頭型號及長度	批號
MC1410	14 X 10	REBN2123, REBQ0084, REBQ1012, REBR0468
MC1616	16 X 16	REBP1420
MC1816	18 X 16	REBN0342, REBP0869
MC1820	18 X 20	REBP1421, REBP1810, REBQ0088, REBQ1014, REBQ1978

發布對象：一般民眾/醫療從業人員/醫療器材專業人員

警訊說明：(回收/矯正原因描述)

原廠通知表列之受影響型號/批號產品，可能存在與器材適當運作有關的風險。此包含準備動作(鎖定)與擊發的困難、無法取得組織樣本及在某些狀況下於準備動作(鎖定)後自我擊發，故進行自主性回收。

國內矯正措施：

經查，國內進口之受影響型/批號產品數量共 4,520 支，巴德股份有限公司已通知客戶停止使用，並於 106 年 11 月 30 日完成回收。

廠商聯絡資訊：

公司名稱：巴德股份有限公司

聯絡電話：02-2503-1900 #875

聯絡人電子郵件：cherry.lin@crbard.com

相關警訊來源(網址)：廠商自主通報，無來源網址