

“博士倫”視導手動式眼科器械（滅菌）

回收警訊

許可證字號： 衛署醫器輸壹字第 005664 號

產品英文名稱： “Baush & Lomb” Storz Manual Ophthalmic Instruments
(Sterile)

受影響型號/批號：

型號	批號
E7520	MAJX790
E7527	MAQP530
E7550A	MAKK260
E7550A	MANB640
E7600	MBSY390

發布對象： 醫療從業人員/醫療器材專業人員

警訊說明：(回收/矯正原因描述)

博士倫原廠接獲 LaserEdge Knives 部分批號刀鋒不銳利的客戶投訴報告。為確保原廠所有產品符合最高品質標準，原廠決定進行對 LaserEdge Knives 的特定批號產品自主性回收作業。

國內矯正措施：

經查，國內進口受影響之產品數量共 396 支，博士倫股份有限公司已於 106 年 3 月 27 日完成未使用之市售品回收，並與已隔離之庫存品一同存放待銷毀。

廠商聯絡資訊：

公司名稱：博士倫股份有限公司

聯絡電話：(02)8161-9203

聯絡人電子郵件：

相關警訊來源(網址)：廠商提供紙本資料