

保瑞士類風濕性關節炎因子檢驗試劑

回收警訊

許可證字號：衛署醫器輸字第 015432 號

產品英文名稱：PULSE RHEUMATOID FACTOR (RF) TEST

受影響規格/型號/批號：

型號	批號
10512	656

發布對象：醫療從業人員/醫療器材專業人員

警訊說明：(回收/矯正原因描述)

此批產品的原料供應商通知原廠，原料內含有的物質可能會導致使用產品進行檢驗時，陰性檢體產生弱陽性的反應。惟據製造廠說明，此批產品並不會對人體造成危害。

國內矯正措施：

經查，國內共進口受影響產品 10 瓶，皆未售出予使用單位，且受影響產品已於 107 年 3 月 21 日完成銷毀。

廠商聯絡資訊：

公司名稱：瑩芳有限公司

聯絡電話：04-2355-0886

聯絡人電子郵件：service@infung.com.tw / paul@infung.com.tw

相關警訊來源(網址)：

<http://www.healthycanadians.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2018/66150r-eng.php>