

“史賽克” 電動式外科手術抬懸臂 (未滅菌)

回收警訊

許可證字號：衛署醫器輸壹字第 004798 號

產品英文名稱：

“Stryker”Boom and Arm (Non-Sterile)

受影響規格/型號/批號：

0682000977 Shape Arm-Monitor Mount

SN: 081016DB013 / 090114DB008

警訊說明：

原廠發佈通知，需確認螢幕與螢幕臂旋轉關節是否穩固接合。

國內矯正措施：

經查，台灣地區需回收數量共 2 件，本設備已售予經銷商，史賽克公司確認設備所在位置及原廠零件到貨後，已於 5 月 29 日完成產品維護動作。

廠商聯繫資訊：美商史賽克（遠東）有限公司台灣分公司

附件(提供下載)：(無)

相關警訊連結([網址](#))：(無) 廠商主動通報