

“卡爾費森”輸液系統

安全警訊

許可證字號：衛署醫器輸字第 024835 號

產品英文名稱：“CareFusion” Alaris System

受影響規格/型號/批號：

型號	批號			
8100	14151911	14186779	14362091	14375991
	14152237	14187055	14373101	14376104
	14152605	14187078	14375286	14411824
	14152626	14187397	14375463	14411867
	14152680	14187545	14375467	14411975
	14169015	14187655	14375530	14186799
	14169135	14187716	14375630	14411897
	14186675	14188236	14375942	

發布對象：醫療器材專業人員

警訊說明：於輸液過程中，可能產生 Air-In-Line (AIL)偽警報而中斷輸液。

國內矯正措施：

經查，國內進口之受影響批號數量共 31 台。新加坡商必帝股份有限公司台灣分公司已通知受影響客戶並提供建議事項。前述矯正措施預計於 2017 年 03 月 15 日完成。

廠商聯絡資訊：

公司名稱：潔昇興業股份有限公司

聯絡電話：0936-421781

相關警訊來源(網址)：

<http://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfres/res.cfm?id=150442>