

3M 牙科用磨光劑(未滅菌)

回收警訊

許可證字號：

衛署醫器輸壹字第 011226 號

產品英文名稱：

3M Clinpro Prophy Powder (Non-Sterile)

受影響規格/型號/批號：

規格	型號	批號
Clinpro Glycine Prophy Powder with TCP	67007	606319, 600929, 586762

發布對象：牙醫師

警訊說明：

使用含三磷酸鈣 (TCP) 配方的產品可能導致與其搭配之設備 (如空氣拋光的噴槍或噴嘴) 磨耗較快，故原廠決定自主性回收受影響產品。

國內矯正措施：

經查，國內進口之受影響型/批號數量共 24 罐，臺灣明尼蘇達礦業製造股份有限公司已於 105 年 5 月 26 日通知受影響客戶並提供建議事項，如有剩餘之產品請立即停用。前述回收行動已於 105 年 6 月 13 日完成。

廠商聯絡資訊：臺灣明尼蘇達礦業製造股份有限公司

相關警訊連結(網址)：MHRA

<https://mhra.filecamp.com/public/file/2dhq-77idoobl>