

"巴德"乳房定位針(滅菌)

回收警訊

許可證字號：衛署醫器輸壹字第 010090 號

產品英文名稱："Bard" Breast Localization Needle (Sterile)

受影響規格/型號/批號：

型號	批號
479201	REZL0066

發布對象：醫療從業人員/醫療器材專業人員

警訊說明：(回收/矯正原因描述)

原廠確認受影響產品可能含有與磁振造影(MRI)不相容的乳房定位線。在磁振造影下，使用非磁振造影相容的定位線將產生假影像，故進行自主回收行動。

國內矯正措施：

經查，國內進口之受影響產品數量共 20 個，巴德股份有限公司已於 106 年 4 月 14 日完成回收，並於 106 年 6 月 19 日依原廠指示完成銷毀作業。

廠商聯絡資訊：

公司名稱：巴德股份有限公司

聯絡電話：(02)2503-1900

聯絡人電子郵件：cherry.lin@crbard.com

相關警訊來源(網址)：廠商自主通報，無網址