

“捷邁”骨釘系統

回收警訊

許可證字號：衛署醫器輸字第 022621 號

產品英文名稱：“Zimmer” Natural Nail System

受影響規格/型號/批號：

產品型號為: 47-2492-320-10;

產品批號為: 62763724。

發布對象：醫療從業人員/醫療器材專業人員

警訊說明

台灣捷邁公司於 2015 年 6 月主動發布通知，“捷邁”骨釘系統因為開放性不符合報告(NCR)顯示，一個已售出的 ZNN 大轉子股骨釘可能凹陷，故台灣捷邁公司正自願性召回批號為 62763724 的產品。台灣捷邁公司目前並未收到受影響批號為 62763724 的產品投訴，台灣捷邁公司正召回未使用的該批次產品。前述受影響批號產品係於 2014 年 8 月至 2014 年 10 月間配送至各地。

國內矯正措施

經查受影響批號之 4 個產品未出貨至客戶端使用，已於 2015 年 7 月 2 日全數寄回原廠。

廠商聯絡資訊：台灣捷邁醫療器材股份有限公司

附件(提供下載)：警訊摘譯

相關警訊連結(網址)：廠商主動通報