

3M 透明敷料(滅菌)

回收訊息

許可證字號：衛署醫器輸字第 000656 號

產品英文名稱：3M Tegaderm Family of Transparent Dressing (Sterile)

受影響規格/型號/批號：9536HP Lot # 2017-04UE

發布對象：醫療從業人員/醫療器材專業人員

警訊說明

台灣明尼蘇達礦業製造股份有限公司於 103 年 9 月 5 日接獲 3M 原廠通知，受影響的批次誤用型號 9546HP 之包裝彩盒，外箱、彩盒上之 UDI code 及內容物均為 9536HP 無誤。因該產品型號 9536HP 及 9546HP 間，僅止於尺寸上之些微差異，故使用時不會造成傷害事故。

國內矯正措施

台灣明尼蘇達礦業製造股份有限公司於收到原廠通知後，即刻依據回收程序主動清查進出貨紀錄，並分析影響範圍，確認台灣地區僅進口該批次共 28 盒，經確認其中 12 盒回收銷毀，其餘 16 盒已用罄無法回收。

廠商聯繫資訊：台灣明尼蘇達礦業製造股份有限公司 鍾先生 02-55890542

附件([提供下載](#)): 警訊摘譯

相關警訊連結([網址](#)):

加拿大 Health Canada

<http://www.healthycanadians.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2014/41453r-eng.ph>

P