

“史賽克”手術器械（未滅菌/滅菌）

回收警訊

許可證字號：衛署醫器輸壹字第 001169 號

產品中文名稱：“史賽克”手術器械-板手

產品英文名稱：“Stryker” Instrumentation-Wrench

受影響規格/型號/批號：

工具: 板手 / 型號：03807028 / 批號：092793；123746

警訊說明：

手術器械之工具六角頂端容易斷裂。

國內矯正措施：

經查，國內受影響數量共 6 件，史賽克公司已依原廠指示完成將 2 件批號為 123746 之受影響產品寄回，另外 4 件因損壞，客戶端已丟棄。

廠商聯繫資訊：美商史賽克(遠東)有限公司台灣分公司

附件(提供下載)：(無)

相關警訊連結(網址)：(無) 廠商自願性通報