

“捷邁”人工髖關節白杯 回收訊息

許可證字號： 衛部醫器輸字第 025775 號

產品英文名稱： “Zimmer” Trilogy Acetabular System

受影響規格\型號\批號： Item No. 00-6200-054-20; Lot 62714305

發布對象： 醫療機構（醫療從業人員/醫療器材專業人員）

警訊說明：

Zimmer 公司收到一則產品客訴，指出 Trilogy 金屬多孔髖白杯未能連接於插入器/壓緊器等器械上。經後續調查顯示：髖白杯的極性孔螺紋內徑尺寸過小，不符合規格標準。此例為單一個案，僅影響到批號 62714305 的 68 件產品。

國內矯正情形：

經查國內受影響批號之產品有 1 個，已隔離並暫存於公司倉庫，待原廠通知後即可退回。

廠商聯繫資訊：

台灣捷邁醫療器材股份有限公司，黃尹郁，2171-2869，teresa.huang@zimmer.com

附件(提供下載)：警訊摘譯

資料來源：AHWP

<http://ncmdr.sfda.gov.sa/Secure/CA/CaViewRecall.aspx?caid=2&rid=6999>