

“捷邁” 皮富捷髌骨股骨人工關節

回收訊息

許可證號: 衛署醫器輸字第 021004 號

產品英文名稱: “Zimmer” Gender Solution Patellofemoral Joint System

受影響規格/型號/批號: 型號 00-5926-014-01 批號 62455332

警訊說明

Zimmer 公司於 2014.7 主動發布通知，金屬材料可能存在鍛造皺褶（鍛造過程中因折疊而形成的缺陷）。雖然迄今並未收到投訴或不良反應報告，仍自願性召回此一批次的皮富捷髌骨股骨人工關節產品。

國內矯正措施

經查台灣有 1 件受影響產品，並未使用。依原廠要求，台灣捷邁醫療器材股份有限公司已於 2014 年 9 月退回受影響產品。

廠商聯繫資訊: 台灣捷邁醫療器材股份有限公司

附件(提供下載): 警訊摘譯

相關警訊連結(網址):

MHRA

<http://www.mhra.gov.uk/home/groups/fsn/documents/fieldsafetynotice/con448017.pdf>