

「軟式隱形眼鏡」臨床前測試基準(草案)
Guidance for Pre-clinical Testing of Soft Contact Lenses (Draft)

99.06

【說明】

- 1.本測試基準係提供醫療器材廠商辦理產品查驗登記時，臨床前測試應檢附資料及進行項目之建議，未包含臨床試驗等其他資料之要求，醫療器材查驗登記申請案仍應符合相關法規。廠商亦應依個案產品結構、材質及宣稱效能提出完整驗證評估（含臨床前測試及/或臨床試驗等）之資料。
- 2.本測試基準依據現行之參考資料制定，惟科技發展日新月異，法規更新未遑處，為確保國人健康安全，審查人員將視產品宣稱效能、結構與設計之安全性及功能性，要求廠商提供本測試基準所列項目外之驗證評估（含臨床前測試及/或臨床試驗）資料；另本測試基準將不定期更新。
- 3.臨床前測試資料應包括檢驗規格(含各測試項目之合格範圍及其制定依據)、方法、原始檢驗紀錄及檢驗成績書。
- 4.如製造廠未進行表列測試項目，應檢附相關文獻或科學性評估報告，以證實產品仍具有相等之安全及功能。
- 5.各項測試如本測試基準或表列之參考方法未訂有規格者，由各製造廠自行制定規格；如本測試基準或表列參考方法已訂有規格，惟製造廠另訂不同規格者，應檢附相關文獻或科學性評估報告以說明訂定規格之依據。
- 6.製造廠使用之測試方法如與本測試基準所列參考方法不同，但(1)具等同性者，應檢附製造廠測試方法供審核；(2)如不具等同性，應檢附製造廠測試方法及相關文獻或科學性評估報告以說明該測試方法制定之依據。
- 7.如表列參考資料有修訂、廢止或被其它標準取代，製造廠得參照新版標準進行測試。

一、本基準適用之醫療器材範圍(Scope)：

本基準適用於每日配戴(Daily wear)之軟式隱形眼鏡，係以透明水膠（Hydrogel，其含水量超過10%）或非水膠類的材質（例如silicone elastomer）製成，直接配戴於眼睛前方的器材，其特性為柔韌易變形，需藉由適當支撐物藉以維持其形狀。

二、本基準適用醫療器材之衛生署公告分類分級品項(regulation number)及其鑑別(Identification)

公告品項：M.5925 軟式隱形眼鏡(Soft (hydrophilic) contact lens)

鑑別：軟式(親水性)隱形眼鏡是直接配戴在角膜及眼睛鄰近邊緣區或鞏膜區，用來矯正視力或作為治療用繃帶的器材。此器材是由各種聚合物質製成；其主要聚合物質具有可吸收或吸引一定百分率容量之水份。第二級為僅作每日配戴之器材，第三級為可延長配戴日期之器材。

三、產品敘述及規格(Product description and specification)

1. 鏡片材質：應說明單體(Monomer)、交聯劑(Crosslinking agent)、起始劑(Initiator)、鏡片之顏色及其著色劑(Color additive)、紫外光吸收劑(UV absorber)等成分及含量（或比例），另應說明使用之著色劑是否為美國藥物食品管理局(FDA)所核准之色素。
2. 製程：鏡片製造方法(如鑄模成型法 cast-mold、車削成型法 lathe-cut、旋轉成型法 spin-cast)、聚合(Polymerization)及退火(Annealing)反應條件(如時間、溫度)、簡要製程說明、滅菌方法、著色(Tinting)過程、鏡片結構圖樣、包裝材質。
3. 鏡片成品規格：屈光度(Power)、基弧(Base curve)、直徑(Diameter)、中心厚度(Center thickness)、透氧量(O₂ transmissibility, Dk/t)。
4. 物化特性：顏色/光穿透率(Color/Light transmittance)、折射率(Refractive index)、含水量(Water content)、透氧率(Oxygen permeability)。
5. 力學性質：各項模數(modulus)、抗拉強度(tensile strength)、最大伸長率(elongation at break)、韌度(toughness)。

四、安全性及功能性試驗資料(Safety and performance data)

項	目 規格、需求及/或應進行測試	參 考 方 法
1.生物相容性試驗 (Biocompatibility test)	(1)急性毒性試驗(Acute systemic toxicity) (2)兔眼刺激試驗(Ocular study with rabbit eyes) (3)細胞毒性(Cytotoxicity) (4)如材質含有未經行政院衛生署核准之單體或使用未核准的紫外光吸收劑，應加進行下列試驗： i.保存劑吸收和釋放試驗(Preservative uptake and release) ii.天竺鼠極大化試驗(Guinea pig maximization test) iii.兔子之3週眼刺激試驗(3 week ocular irritation test in rabbits) (5)如使用未經美國FDA核准之著色劑，應進行下列i至iv項試驗： i.致癌性試驗(Carcinogenicity) ii.天竺鼠極大化試驗(Guinea pig maximization test) iii.兔子之3週眼刺激試驗(3 week ocular irritation test in rabbits) iv.細胞毒性(Cytotoxicity)或28天重複滴注眼刺激試驗(28-day repeated instillation ocular irritation test)	ISO 14534(2002) ⁽²⁾ FDA Guidance(1994) ⁽¹⁾ ANSI Z 80.20(2004) ⁽⁸⁾ ISO 10993-1(2003) ⁽⁹⁾ ISO 11986(1999) ⁽¹²⁾ ISO 10993-3(2003) ISO 10993-5(1999) ISO 10993-11(2006) USP 29(2006)
2.無菌(Sterility)	產品應為無菌，應進行滅菌確效(Sterilization validation)確保SAL(Sterility assurance level)小於 10^{-6}	ISO 14534(2002) ⁽²⁾ FDA Guidance(1994) ⁽¹⁾ 日本厚生勞動省コンタクトレンズ承認基準 ⁽¹¹⁾ ISO 17665-1(2006) ISO 11135-1(2007) ISO 11137-1(2006) ISO 11137-2(2006) ISO 11137-3(2006)
3.成品規格(Finished lens parameters)	(1)外觀(Appearance) (2)基弧半徑(Base curve radius) (3)後頂點屈光度(Back vertex power) (4)圓柱屈光度(Cylinder power) (5)圓柱軸(Cylinder axis) (6)鏡片直徑(Total diameter) (7)中心厚度(Center thickness) (8)如有稜鏡設計應進行稜鏡屈光度(Prismatic power)	ISO 18369-2(2006) ⁽⁴⁾ ISO 18369-3(2006) ⁽⁵⁾ ANSI Z 80.20(2004) ⁽⁷⁾ FDA Guidance(1994) ⁽¹⁾ CNS 12446 T2035 (1998) ⁽⁸⁾ 日本厚生勞動省コンタクトレンズ承認基準 ⁽¹¹⁾
4.鏡片材質之物理化學性質 (Physicochemical properties of contact lens materials)	(1)透氧量(O ₂ transmissibility, Dk/t) (2)可見光穿透率(Luminous transmittance) (3)如產品宣稱具阻擋紫外光輻射功能，應進行紫外光穿透率(Ultraviolet radiation transmittance)試驗 (4)折射率(Refractive index) (5)水膠材質應進行含水量(Water content)試驗 (6)可萃取物質(Extractables) (7)鏡片添加著色劑者，應進行著色劑溶出物(Color additive extraction)試驗 (8)如有宣稱特定配合使用之清潔系統時，應進行鏡片與清潔系統之相容性(Compatible with care system)試驗	FDA Guidance(1994) ⁽¹⁾ ISO 18369-2(2006) ⁽⁴⁾ ISO 18369-4(2006) ⁽⁶⁾ ANSI Z 80.20(2004) ⁽⁷⁾ CNS 12446 T2035 (1998) ⁽⁸⁾ 日本厚生勞動省コンタクトレンズ承認基準 ⁽¹¹⁾
5.架儲期(Shelf life)	應進行架儲期試驗以訂定成品之保存期限	ISO 14534(2002) ⁽²⁾ ISO 11987(1997) ⁽¹⁰⁾ FDA Guidance(1994) ⁽¹⁾ ANSI Z 80.20(2004) ⁽⁷⁾ 日本厚生勞動省コンタクトレンズ承認基準 ⁽¹¹⁾

四、參考文獻 (References)

- (1) Premarket Notification (510(K)) Guidance Document For Daily Wear Contact Lenses (1994)
- (2) ISO 14534(2002) Ophthalmic optics-Contact lenses and contact lens care products -Fundamental requirements
- (3) ISO 18369-1(2006) Ophthalmic optics-Contact lenses-Part 1: Vocabulary, classification system and recommendations for labeling specifications Ophthalmic optics-Contact lenses and contact lens care products—Determination of physical compatibility of contact lens care products with contact lenses

- (4) ISO 18369-2(2006) Ophthalmic optics-Contact lenses-Part 2: Tolerances
- (5) ISO 18369-3(2006) Ophthalmic optics- Contact lenses-Part 3: Measurement methods contact lens care products
- Guidelines for the determination of shelf-life
- (6) ISO 18369-4(2006) Ophthalmic optics-Contact lenses-Part 4: Physicochemical properties of contact lens materials
- (7) ANSI Z80.20(2004) Contact lenses-Standard terminology, tolerances, measurements and physicochemical properties
- (8) 中國國家標準 CNS 12446 T2035(1988)軟性隱形眼鏡片
- (9) ISO 10993-1(2003) Biological evaluation of medical devices -- Part 1: Evaluation and testing within a risk management system
- (10) ISO 11987(1997) Ophthalmic optics-Contact lenses-Determination of shelf-life
- (11) 日本厚生労働省コンタクトレンズ承認基準(2005)
- (12) ISO 11986(1999) Ophthalmic optics-Contact lenses and contact lens care products-Guidelines for determination of preservative uptake and release