

“必帝” 網織球計數(啞橙)試劑 (未滅菌)

回收警訊

許可證字號：衛署醫器輸壹字第 000694 號

產品英文名稱：“BD” Retic-COUNT (Thiazole Orange) (Non-Sterile)

受影響規格/型號/批號：

型號	批號
349204	5175559

發布對象：醫療從業人員

警訊說明：

上列批號產品正確的儲存條件應是 2°C-8°C，然外盒包裝上的儲存條件錯標為 2°C-25°C（見圖 1），而在試劑瓶身標籤以及內附的說明書皆是正確的。



圖 1、Example Label

國內矯正措施：

經查，國內進口之受影響型/批號數量共 4 組，新加坡商必帝股份有限公司台灣分公司已於 105 年 4 月 14 日通知受影響客戶並提供建議事項。前述回收行動已於 105 年 6 月 14 日前完成。

廠商聯絡資訊：新加坡商必帝股份有限公司台灣分公司

相關警訊連結(網址)：Health Canada

<http://www.healthycanadians.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2016/57762r-eng.ph>