

# **BD 腸球菌篩選培養基**

## **回收公告**

**許可證字號：**衛署醫器輸字第 013199 號

**產品英文名稱：**BD Enterococcus Screen Agar Plates

**受影響規格/型號/批號：**型號 222204 / 批號 4048040, 4073274, 4080291

**發布對象：**醫療從業人員/醫療器材專業人員

**警訊說明：**受影響批號之產品經確認將使得 Vancomycin susceptible Enterococcus species control organisms 可能會在此培養基上生長。本產品為篩檢 VRE(抗藥性菌株)之培養基，此次受影響的培養基可能導致非抗藥性菌株亦在此培養基上生長，有可能將非抗藥性菌株發成抗藥性的報告。

**國內矯正措施：**主動通知使用客戶，請停止使用受影響批號之產品，並將剩餘的產品丟棄，若客戶有任何疑問請尋求 BD 公司技術部門的協助。

**廠商聯絡資訊：**新加坡商必帝股份有限公司台灣分公司

**聯絡電話：**(02) 2722-5660 #9311

**附件(提供下載)：**警訊摘譯

**相關警訊連結(網址)：**

AHWP

<http://ncmdr.sfda.gov.sa/Secure/CA/CaViewRecall.aspx?caid=2&rid=6439>