

# “白金”退熱貼(未滅菌)

## 回收警訊

許可證字號：衛署醫器輸壹字第 006246 號

產品英文名稱：“DIA” Cooling Sheet(Non-sterile)

受影響規格/型號/批號：

| 名稱描述         | 批號    | 有效日期       |
|--------------|-------|------------|
| “白金”退熱貼(未滅菌) | X101  | 2018.12.31 |
|              | X901B | 2019.08.30 |

發布對象：

有販售之醫療院所及藥事機構

警訊說明：(回收/矯正原因描述)

受影響產品未交由符合 GMP 之廠商進行包裝。

國內矯正措施：

國內進口之受影響批號數量共 32,000 盒，時邁企業有限公司已於 106 年 6 月 23 日通知受影響客戶並將相關批號產品全數下架回收。前述回收行動已於 106 年 7 月 23 日完成。

廠商聯絡資訊：

公司名稱：時邁企業有限公司

聯絡電話：02-26981567

聯絡人電子郵件：[service@success-medical.com.tw](mailto:service@success-medical.com.tw)；[hu@success-medical.com.tw](mailto:hu@success-medical.com.tw)

相關警訊來源(網址)：食藥署公文，無網址