

“飛利浦”臨床資訊系統

安全警訊

許可證字號：衛署醫器輸字第 011410 號

產品英文名稱：“Philips” Clinical Information System

受影響規格/型號/批號： IntelliVue Clinical Information Portfolio
軟體版本 D、E、F、G

發布對象：醫療機構（醫療從業人員/醫療器材專業人員）

警訊說明：

台灣飛利浦股份有限公司轉知澳洲 Philips Electronic Australia Ltd. 以下資訊：製造廠發現“Philips” Clinical Information System 的軟體配置問題，會影響到標準功能中的 BSA (Body Surface Area) 測量單位 (gm/m^2)。該問題涉及不正確的乘數，可能會導致用藥劑量計算不正確。如果使用者未識別出標準功能中的不正確乘數，則病患可能會接收到不正確的用藥劑量（預期用量的 10 倍）。

國內矯正措施：

台灣飛利浦股份有限公司已於 2014 年 11 月通知受影響的客戶（共 5 台），並進行軟體更新，避免此一問題發生。已確認沒有發生嚴重不良反應。

廠商聯繫資訊：台灣飛利浦 醫療保健事業部

附件([提供下載](#))：警訊摘譯

相關警訊連結([網址](#))：澳洲 TGA

<http://www.tga.gov.au/SARA/arn-detail.aspx?k=RC-2015-RN-00097-1>