

“雷度”動脈血液取樣組(滅菌)

安全警訊

許可證字號：衛署醫器輸壹字第 011493 號

產品英文名稱：“RADIOMETER” Arterial blood sampling kit (Sterile)

受影響規格/型號/批號：Pico 70 Arterial Blood sampler / 956-529 / LM52

發布對象：醫療機構（醫療從業人員/醫療器材專業人員）

警訊說明：

原廠最近獲悉批次 LM052、型號 956-529 的 PICO70 動脈血液取樣組有潛在的風險。據通報，部分採樣針有褐色塗層。該採樣針可能是非無菌，如果有污染，將使病患暴露於血液感染的風險中。

國內矯正措施：

截至 2014 年 11 月 21 止，國內未曾進口受影響型號、批號之產品，無須採取矯正行動。

廠商聯絡資訊：醫信國際有限公司

聯絡電話：(02) 23926855

附件(提供下載)：警訊摘譯

相關警訊連結(網址)：澳洲 TGA

<http://www.tga.gov.au/SARA/arn-detail.aspx?k=RC-2014-RN-01236-1>