

禮亞尚甲狀腺球蛋白檢測試劑組

回收公告

許可證字號：衛署醫器輸字第 023444 號

產品英文名稱：LIAISON[®] Tg 義大利 DIASORIN S.P.A.

受影響規格/型號：311861 批號:418261X

發布對象：醫療從業人員

警訊說明：

原廠測試報告此批號（418261X）會高估甲狀腺切除術後病人樣本中的甲狀腺球蛋白數值。

國內矯正措施：

自接獲安全警訊開始,已陸續通知使用單位以下訊息:

- 馬上停止使用該批號試劑
- 找出此批號試劑並丟棄
- 填寫召回確認表並寄回此表至台灣代理商
- 此安全警訊需告知該使用單位之實驗室主任

太暘生物科技股份有限公司已通知使用單位，且客戶已於9/29銷毀該批試劑。

廠商聯絡資訊：太暘生物科技股份有限公司

聯絡電話:(02)2695-4758

附件(提供下載)：警訊摘譯

相關警訊連結(網址)：MHRA

<http://www.mhra.gov.uk/home/groups/fsn/documents/fieldsafetynotice/con459472.pdf>