

食品中動物用藥殘留量檢驗方法—乙型受體素類多重殘留分析修正草案總說明

為加強食品中動物用藥殘留量之管理，並依據食品衛生管理法第三十八條規定：「各級主管機關執行食品、食品添加物、食品器具、食品容器或包裝及食品用洗潔劑之檢驗，其檢驗方法，經食品檢驗方法諮詢會諮詢，由中央主管機關定之」，爰擬具「食品中動物用藥殘留量檢驗方法—乙型受體素類多重殘留分析」修正草案，其修正要點如下：

- 一、修正層析管之名稱。
- 二、「高速組織研磨振盪均質機」修正為「高速分散裝置」。
- 三、修正「多重反應偵測模式參數」中內部標準品「Cimaterol-d₇」之前驅離子。
- 四、增修訂部分文字。

食品中動物用藥殘留量檢驗方法—乙型受體素類 多重殘留分析修正草案對照表

修正規定	現行規定	說明
<p>1. 適用範圍：本檢驗方法適用於畜禽產品中brombuterol等21項乙型受體素(品項見附表)之檢驗。</p> <p>2. 檢驗方法：檢體經水解、萃取及淨化處理後，以液相層析串聯質譜儀(liquid chromatograph/tandem mass spectrometer, LC/MS/MS)分析之方法。</p> <p>2.1. 裝置：</p> <p>2.1.1. 液相層析串聯質譜儀：</p> <p>2.1.1.1. 離子源：電灑離子化正離子(positive ion electrospray ionization, ESI⁺)。</p> <p>2.1.1.2. 層析管：<u>ZORBAX RRHD Eclipse Plus C18</u>, 1.8 μm, 內徑3.0 mm × 10 cm, 或同級品。</p> <p>2.1.2. 均質機(Homogenizer)。</p> <p>2.1.3. 高速分散裝置(High speed dispersing device)：SPEX SamplePrep 2010 GenoGrinder®, 1000 rpm以上，或同級品。</p> <p>2.1.4. 水浴：能維持水溫溫差在±1°C以內者。</p> <p>2.1.5. 離心機(Centrifuge)：可達10000 ×g以上者，溫控可達4°C以下者。</p> <p>2.1.6. 振盪器(Shaker)。</p> <p>2.1.7. 酸鹼度測定儀(pH meter)。</p> <p>2.1.8. 固相真空萃取裝置(Solid phase extraction vacuum manifolds)。</p> <p>2.1.9. 旋渦混合器(Vortex mixer)。</p> <p>2.2. 試藥：甲醇採用液相層析級；醋酸鈉、醋酸銨、醋酸、鹽酸及氨水(25%)均採用試藥特級；β-葡萄糖醛酸苷酶溶液(含β-glucuronidase 85000 unit/mL及sulfatase 7500 unit/mL)；去離子水(比電阻於25°C可達18 MΩ·cm以上)；brombuterol hydrochloride、t-butylsynephrine (buctopamine)、cimaterol、cimbuterol、clenbuterol hydrochloride、clencyclohexerol、clenisopenterol、clenpenterol</p>	<p>1. 適用範圍：本檢驗方法適用於畜禽產品中brombuterol等21項乙型受體素(品項見附表)之檢驗。</p> <p>2. 檢驗方法：檢體經水解、萃取及淨化處理後，以液相層析串聯質譜儀(liquid chromatograph/tandem mass spectrometer, LC/MS/MS)分析之方法。</p> <p>2.1. 裝置：</p> <p>2.1.1. 液相層析串聯質譜儀：</p> <p>2.1.1.1. 離子源：電灑離子化正離子(positive ion electrospray ionization, ESI⁺)。</p> <p>2.1.1.2. 層析管：<u>ZORBOX RRHD Eclipse Plus C18</u>, 1.8 μm, 內徑3.0 mm × 10 cm, 或同級品。</p> <p>2.1.2. 均質機(Homogenizer)。</p> <p>2.1.3. 高速<u>組織研磨振盪均質機</u>(SPEX SamplePrep 2010 GenoGrinder®)：1000 rpm以上，或同級品。</p> <p>2.1.4. 水浴：能維持水溫溫差在±1°C以內者。</p> <p>2.1.5. 離心機(Centrifuge)：可達10000 ×g以上者，溫控可達4°C以下者。</p> <p>2.1.6. 振盪器(Shaker)。</p> <p>2.1.7. 酸鹼度測定儀(pH meter)。</p> <p>2.1.8. 固相真空萃取裝置(Solid phase extraction vacuum manifolds)。</p> <p>2.1.9. 旋渦混合器(Vortex mixer)。</p> <p>2.2. 試藥：甲醇採用液相層析級；醋酸鈉、醋酸銨、醋酸、鹽酸及氨水(25%)均採用試藥特級；β-葡萄糖醛酸苷酶溶液(含β-glucuronidase 85000 unit/mL及sulfatase 7500 unit/mL)；去離子水(比電阻於25°C可達18 MΩ·cm以上)；brombuterol hydrochloride、t-butylsynephrine (buctopamine)、cimaterol、cimbuterol、clenbuterol hydrochloride、clencyclohexerol、clenisopenterol、clenpenterol</p>	<p>一、修正層析管之名稱。</p> <p>二、「高速組織研磨振盪均質機」修正為「高速分散裝置」。</p> <p>三、修正「多重反應偵測模式參數」中內部標準品「Cimaterol-d₇」之前驅離子。</p> <p>四、增修訂部分文字。</p>

<p>hydrochloride、clenproperol、fenoterol、formoterol、isoxsuprine hydrochloride、mabuterol hydrochloride、mapenterol hydrochloride、3-o-methyl-colterol、ractopamine hydrochloride、salbutamol、salmeterol、terbutaline hemisulfate、tulobuterol及zilpaterol對照用標準品；brombuterol-d₉、hydrochloride、cimaterol-d₇、cimbuterol-d₉、clenbuterol-d₉、hydrochloride、clencyclohexerol-d₁₀、clenproperol-d₇、fenoterol-d₆、hydrobromide、formoterol-d₆、isoxsuprine-d₆ hydrochloride、mabuterol-d₉、mapenterol-d₁₁ hydrochloride、3-o-methyl-colterol-d₉、ractopamine-d₆、salbutamol-d₉、salmeterol-d₃、terbutaline-d₉、tulobuterol-d₉ hydrochloride及zilpaterol-d₇同位素內部標準品。</p> <p>2.3. 器具及材料：</p> <p>2.3.1. 離心管：50 mL，PP材質。</p> <p>2.3.2. 固相萃取匣(Solid phase extraction cartridge)：Bond Elute Plex PCX，200 mg，6 mL，或同級品。</p> <p>2.3.3. 陶瓷均質石(Ceramic homogenizer)：Bond Elut QuEChERS P/N 5982-9313，或同級品。</p> <p>2.3.4. 濾膜：孔徑0.22 μm，Nylon材質。</p> <p>2.4. 試劑之調製：</p> <p>2.4.1. 0.2 M醋酸鈉緩衝溶液： 稱取醋酸鈉16.4 g，加去離子水900 mL溶解，以醋酸調整pH值至5.2 ± 0.1，再加去離子水使成1000 mL。</p> <p>2.4.2. 5 mM醋酸銨溶液： 稱取醋酸銨0.385 g，以去離子水溶解使成1000 mL，以濾膜過濾。</p> <p>2.4.3. 5 mM醋酸銨：甲醇(9:1, v/v)溶液： 取5 mM醋酸銨溶液與甲醇以9:1 (v/v)之比例混勻。</p> <p>2.4.4. 0.2 N鹽酸溶液： 取鹽酸16.7 mL，以去離子水定容至1000 mL。</p>	<p>hydrochloride、clenproperol、fenoterol、formoterol、isoxsuprine hydrochloride、mabuterol hydrochloride、mapenterol hydrochloride、3-o-methyl-colterol、ractopamine hydrochloride、salbutamol、salmeterol、terbutaline hemisulfate、tulobuterol及zilpaterol對照用標準品；brombuterol-d₉、hydrochloride、cimaterol-d₇、cimbuterol-d₉、clenbuterol-d₉、hydrochloride、clencyclohexerol-d₁₀、clenproperol-d₇、fenoterol-d₆、hydrobromide、formoterol-d₆、isoxsuprine-d₆ hydrochloride、mabuterol-d₉、mapenterol-d₁₁ hydrochloride、3-o-methyl-colterol-d₉、ractopamine-d₆、salbutamol-d₉、salmeterol-d₃、terbutaline-d₉、tulobuterol-d₉ hydrochloride及zilpaterol-d₇同位素內部標準品。</p> <p>2.3. 器具及材料：</p> <p>2.3.1. 離心管：50 mL，PP材質。</p> <p>2.3.2. 固相萃取匣(Solid phase extraction cartridge)：Bond Elute Plex PCX，200 mg，6 mL，或同級品。</p> <p>2.3.3. 陶瓷均質石(Ceramic homogenizer)：Bond Elut QuEChERS P/N 5982-9313，或同級品。</p> <p>2.3.4. 濾膜：孔徑0.22 μm，Nylon材質。</p> <p>2.4. 試劑之調製：</p> <p>2.4.1. 0.2 M醋酸鈉緩衝溶液： 稱取醋酸鈉16.4 g，加去離子水900 mL溶解，以醋酸調整pH值至5.2 ± 0.1，再加去離子水使成1000 mL。</p> <p>2.4.2. 5 mM醋酸銨溶液： 稱取醋酸銨0.385 g，以去離子水溶解使成1000 mL，以濾膜過濾。</p> <p>2.4.3. 5 mM醋酸銨：甲醇(9:1, v/v)溶液： 取5 mM醋酸銨溶液與甲醇以9:1 (v/v)之比例混勻。</p> <p>2.4.4. 0.2 N鹽酸溶液： 取鹽酸16.7 mL，以去離子水定容至1000 mL。</p>
---	---

<p>2.4.5. 甲醇：氨水(95:5, v/v)溶液： 取甲醇與氨水以95：5 (v/v)之比例混勻。</p> <p>2.5. 移動相溶液之調製：</p> <p>2.5.1. 移動相溶液A： 取甲酸1 mL，加去離子水使成1000 mL，以濾膜過濾，取濾液供作移動相溶液A。</p> <p>2.5.2. 移動相溶液B： 取甲酸1 mL，加甲醇使成1000 mL，以濾膜過濾，取濾液供作移動相溶液B。</p> <p>2.6. 標準溶液之配製：</p> <p>2.6.1. 內部標準溶液： 取相當於含brombuterol-d₉、cimaterol-d₇、cimbuterol-d₉、clenbuterol-d₉、clencyclohexerol-d₁₀、clenproperol-d₇、fenoterol-d₆、formoterol-d₆、isoxsuprine-d₆、mabuterol-d₉、mapenterol-d₁₁、3-o-methyl-colterol-d₉、ractopamine-d₆、salbutamol-d₉、salmeterol-d₃、terbutaline-d₉、tulobuterol-d₉及zilpaterol-d₇各約1 mg，精確稱定，分別以甲醇溶解並定容至10 mL，作為內部標準原液，冷凍貯存。臨用時取適量各內部標準原液混合，以甲醇稀釋至1000 ng/mL，供作內部標準溶液。</p> <p>2.6.2. 標準溶液： 取相當於含brombuterol、t-butylsynephrine (buctopamine)、cimaterol、cimbuterol、clenbuterol、clencyclohexerol、clenisopenterol、clenpenterol、clenproperol、fenoterol、formoterol、isoxsuprine、mabuterol、mapenterol、3-o-methyl-colterol、ractopamine、salbutamol、salmeterol、terbutaline、tulobuterol及zilpaterol之對照用標準品各約5 mg，精稱確定，分別以甲醇溶解並定容至50 mL，作為標準原液，冷凍貯存。臨用時取適量各標準原液混合，以5 mM醋酸銨：甲醇(9:1, v/v)溶液稀釋至1000 ng/mL，供作標準溶液。</p>	<p>2.4.5. 甲醇：氨水(95:5, v/v)溶液： 取甲醇與氨水以95：5 (v/v)之比例混勻。</p> <p>2.5. 移動相溶液之調製：</p> <p>2.5.1. 移動相溶液A： 取甲酸1 mL，加去離子水使成1000 mL，以濾膜過濾，取濾液供作移動相溶液A。</p> <p>2.5.2. 移動相溶液B： 取甲酸1 mL，加甲醇使成1000 mL，以濾膜過濾，取濾液供作移動相溶液B。</p> <p>2.6. 標準溶液之配製：</p> <p>2.6.1. 內部標準溶液： 取相當於含brombuterol-d₉、cimaterol-d₇、cimbuterol-d₉、clenbuterol-d₉、clencyclohexerol-d₁₀、clenproperol-d₇、fenoterol-d₆、formoterol-d₆、isoxsuprine-d₆、mabuterol-d₉、mapenterol-d₁₁、3-o-methyl-colterol-d₉、ractopamine-d₆、salbutamol-d₉、salmeterol-d₃、terbutaline-d₉、tulobuterol-d₉及zilpaterol-d₇各約1 mg，精確稱定，分別以甲醇溶解並定容至10 mL，作為內部標準原液，冷凍貯存。臨用時取適量各內部標準原液混合，以甲醇稀釋至1000 ng/mL，供作內部標準溶液。</p> <p>2.6.2. 標準溶液： 取相當於含brombuterol、t-butylsynephrine (buctopamine)、cimaterol、cimbuterol、clenbuterol、clencyclohexerol、clenisopenterol、clenpenterol、clenproperol、fenoterol、formoterol、isoxsuprine、mabuterol、mapenterol、3-o-methyl-colterol、ractopamine、salbutamol、salmeterol、terbutaline、tulobuterol及zilpaterol之對照用標準品各約5 mg，精稱確定，分別以甲醇溶解並定容至50 mL，作為標準原液，冷凍貯存。臨用時取適量各標準原液混合，以5 mM醋酸銨：甲醇(9:1, v/v)溶液稀釋至1000 ng/mL，供作標準溶液。</p>
--	--


<p>2.7. 檢液之調製：</p> <p>2.7.1. 水解及萃取：</p> <p>將檢體細切均質後，取約2 g，精確稱定，置於離心管中，加入內部標準溶液20 μL及0.2 M醋酸鈉緩衝溶液15 mL，再加入<u>陶瓷均質石</u>1顆，以<u>高速分散裝置</u>於1000 rpm振盪萃取10分鐘，加入<u>β-葡萄糖醛酸苷酶</u>溶液100 μL，於37°C水浴中水解1小時。加入<u>鹽酸</u>2 mL，振盪10分鐘，於4°C以10000 $\times g$離心10分鐘，收集上清液再於4°C以5000 $\times g$離心10分鐘，取上清液供淨化用。</p> <p>2.7.2. 淨化：</p> <p>取2.7.1.節供淨化用溶液，注入預先以<u>甲醇</u>6 mL及去離子水6 mL潤洗之固相萃取匣，棄流出液，依次以0.2 N<u>鹽酸</u>溶液12 mL、去離子水12 mL及<u>甲醇</u>12 mL清洗固相萃取匣，棄流出液。以<u>甲醇</u>：<u>氨水</u>(95:5, v/v)溶液12 mL沖提，收集沖提液，於65°C以氮氣吹乾，殘留物加入5 mM<u>醋酸銨</u>：<u>甲醇</u>(9:1, v/v)溶液1 mL，旋渦混合溶解，以5000 $\times g$離心5分鐘，取上清液作為檢液原液。取檢液原液500 μL(a)，加入5 mM<u>醋酸銨</u>：<u>甲醇</u>(9:1, v/v)溶液使體積為1000 μL(b)，混合均勻，以濾膜過濾，供作檢液。</p> <p>2.8. 基質匹配檢量線之製作：</p> <p>取空白檢體，依2.7.節調製未添加內部標準品之檢液原液，取500 μL(a)，分別加入標準溶液1~50 μL、內部標準溶液10 μL及適量5 mM<u>醋酸銨</u>：<u>甲醇</u>(9:1, v/v)溶液，使體積為1000 μL(b)，混合均勻，供作基質匹配檢量線溶液，依下列條件進行液相層析串聯質譜分析。就各乙型受體素與內部標準品波峰面積比，與對應之各乙型受體素濃度，分別製作1~50 ng/mL之基質匹配檢量線。</p> <p>液相層析串聯質譜測定條件^(註)：</p> <p>層析管：<u>ZORBAX RRHD Eclipse Plus C18</u>，1.8 μm，內徑3.0 mm \times 10 cm。</p> <p>移動相溶液：A液與B液以下列條件進</p>	<p>2.7. 檢液之調製：</p> <p>2.7.1. 水解及萃取：</p> <p>將檢體細切均質後，取約2 g，精確稱定，置於離心管中，加入內部標準溶液20 μL及0.2 M醋酸鈉緩衝溶液15 mL，再加入<u>陶瓷均質石</u>1顆，以<u>高速組織研磨振盪器均質機</u>於1000 rpm振盪萃取10分鐘，加入<u>β-葡萄糖醛酸苷酶</u>溶液100 μL，於37°C水浴中水解1小時。加入<u>鹽酸</u>2 mL，振盪10分鐘，於4°C以10000 $\times g$離心10分鐘，收集上清液再於4°C以5000 $\times g$離心10分鐘，取上清液供淨化用。</p> <p>2.7.2. 淨化：</p> <p>取2.7.1.節供淨化用溶液，注入預先以<u>甲醇</u>6 mL及去離子水6 mL潤洗之固相萃取匣，棄流出液，依次以0.2 N<u>鹽酸</u>溶液12 mL、去離子水12 mL及<u>甲醇</u>12 mL清洗固相萃取匣，棄流出液。以<u>甲醇</u>：<u>氨水</u>(95:5, v/v)溶液12 mL沖提，收集沖提液，於65°C以氮氣吹乾，殘留物加入5 mM<u>醋酸銨</u>：<u>甲醇</u>(9:1, v/v)溶液1 mL，旋渦混合溶解，以5000 $\times g$離心5分鐘，取上清液作為檢液原液。取檢液原液500 μL(a)，加入5 mM<u>醋酸銨</u>：<u>甲醇</u>(9:1, v/v)溶液使體積為1000 μL(b)，混合均勻，以濾膜過濾，供作檢液。</p> <p>2.8. 基質匹配檢量線之製作：</p> <p>取空白檢體，依2.7.節調製未添加內部標準品之檢液原液，取500 μL(a)，分別加入標準溶液1~50 μL、內部標準溶液10 μL及適量5 mM<u>醋酸銨</u>：<u>甲醇</u>(9:1, v/v)溶液，使體積為1000 μL(b)，混合均勻，供作基質匹配檢量線溶液，依下列條件進行液相層析串聯質譜分析。就各乙型受體素與內部標準品波峰面積比，與對應之各乙型受體素濃度，分別製作1~50 ng/mL之基質匹配檢量線。</p> <p>液相層析串聯質譜測定條件^(註)：</p> <p>層析管：<u>ZORBOX RRHD Eclipse Plus C18</u>，1.8 μm，內徑3.0 mm \times 10 cm。</p> <p>移動相溶液：A液與B液以下列條件進</p>
--	--

行梯度分析			行梯度分析		
時間(min)	A (%)	B (%)	時間(min)	A (%)	B (%)
0.0→1.0	98→98	2→2	0.0→1.0	98→98	2→2
1.0→5.0	98→90	2→10	1.0→5.0	98→90	2→10
5.0→8.0	90→80	10→20	5.0→8.0	90→80	10→20
8.0→10.0	80→70	20→30	8.0→10.0	80→70	20→30
10.0→11.0	70→60	30→40	10.0→11.0	70→60	30→40
11.0→12.0	60→60	40→40	11.0→12.0	60→60	40→40
12.0→15.0	60→10	40→90	12.0→15.0	60→10	40→90
15.0→19.0	10→10	90→90	15.0→19.0	10→10	90→90
19.0→19.1	10→98	90→2	19.0→19.1	10→98	90→2
19.1→23.0	98→98	2→2	19.1→23.0	98→98	2→2
移動相流速：0.3 mL/min。					
注入量：10 μL。					
毛細管電壓(Capillary voltage)：2.2 kV。					
離子源溫度(Ion source temperature)：120°C。					
離子化模式：ESI ⁺ 。					
溶媒揮散溫度(Desolvation temperature)：400°C。					
進樣錐氣體流速(Cone gas flow rate)：50 L/hr。					
溶媒揮散流速(Desolvation flow rate)：850 L/hr。					
偵測模式：多重反應偵測(multiple reaction monitoring, MRM)。偵測離子對、進樣錐電壓(cone voltage)與碰撞能量(collision energy)如附表。					
註：上述測定條件分析不適時，依所使用之儀器，設定適合之測定條件。					
2.9. 鑑別試驗及含量測定：					
精確量取檢液及基質匹配檢量線溶液各10 μL，分別注入液相層析串聯質譜儀中，依2.8.節條件進行分析，就檢液與基質匹配檢量線溶液所得波峰之滯留時間及多重反應偵測相對離子強度 ^(註) 鑑別之，並依下列計算式求出檢體中各乙型受體素之含量(ppm)：					
檢體中各乙型受體素之含量(ppm) = $\frac{C \times V \times F}{M \times 1000}$					
C：由基質匹配檢量線求得檢液中各乙型受體素之濃度(ng/mL)					
V：檢體最後定容之體積(mL)					
移動相流速：0.3 mL/min。					
注入量：10 μL。					
毛細管電壓(Capillary voltage)：2.2 kV。					
離子源溫度(Ion source temperature)：120°C。					
離子化模式：ESI ⁺ 。					
溶媒揮散溫度(Desolvation temperature)：400°C。					
進樣錐氣體流速(Cone gas flow rate)：50 L/hr。					
溶媒揮散流速(Desolvation flow rate)：850 L/hr。					
偵測模式：多重反應偵測(multiple reaction monitoring, MRM)。偵測離子對、進樣錐電壓(cone voltage)與碰撞能量(collision energy)如附表。					
註：上述測定條件分析不適時，依所使用之儀器，設定適合之測定條件。					
2.9. 鑑別試驗及含量測定：					
精確量取檢液及基質匹配檢量線溶液各10 μL，分別注入液相層析串聯質譜儀中，依2.8.節條件進行分析，就檢液與基質匹配檢量線溶液所得波峰之滯留時間及多重反應偵測相對離子強度 ^(註) 鑑別之，並依下列計算式求出檢體中各乙型受體素之含量(ppm)：					
檢體中各乙型受體素之含量(ppm) = $\frac{C \times V \times F}{M \times 1000}$					
C：由基質匹配檢量線求得檢液中各乙型受體素之濃度(ng/mL)					
V：檢體最後定容之體積(mL)					


<p>M：取樣分析檢體之重量(g)</p> <p>F：稀釋倍數，由b/a求得</p> <p>註：相對離子強度由定性離子對與定量離子對之波峰面積相除而得(≤100%)，容許範圍如下：</p>	<p>M：取樣分析檢體之重量(g)</p> <p>F：稀釋倍數，由b/a求得</p> <p>註：相對離子強度由定性離子對與定量離子對之波峰面積相除而得(≤100%)，容許範圍如下：</p>																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>相對離子強度(%)</th> <th>容許範圍(%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>> 50</td> <td>± 20</td> </tr> <tr> <td>> 20 ~ 50</td> <td>± 25</td> </tr> <tr> <td>> 10 ~ 20</td> <td>± 30</td> </tr> <tr> <td>≤ 10</td> <td>± 50</td> </tr> </tbody> </table>	相對離子強度(%)	容許範圍(%)	> 50	± 20	> 20 ~ 50	± 25	> 10 ~ 20	± 30	≤ 10	± 50	<table border="1"> <thead> <tr> <th>相對離子強度(%)</th> <th>容許範圍(%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>> 50</td> <td>± 20</td> </tr> <tr> <td>> 20 ~ 50</td> <td>± 25</td> </tr> <tr> <td>> 10 ~ 20</td> <td>± 30</td> </tr> <tr> <td>≤ 10</td> <td>± 50</td> </tr> </tbody> </table>	相對離子強度(%)	容許範圍(%)	> 50	± 20	> 20 ~ 50	± 25	> 10 ~ 20	± 30	≤ 10	± 50
相對離子強度(%)	容許範圍(%)																				
> 50	± 20																				
> 20 ~ 50	± 25																				
> 10 ~ 20	± 30																				
≤ 10	± 50																				
相對離子強度(%)	容許範圍(%)																				
> 50	± 20																				
> 20 ~ 50	± 25																				
> 10 ~ 20	± 30																				
≤ 10	± 50																				
<p>附註：1. 本檢驗方法之定量極限，於肌肉均為0.001 ppm，於內臟均為0.005 ppm。</p> <p>2. 檢體中有影響檢驗結果之物質時，應自行探討。</p> <p>參考文獻：</p> <ol style="list-style-type: none"> Shao, B., Jia, X., Zhang, J., Meng J., Wu, Y., Duan, H., Tu, X. 2009. Multi-residual analysis of 16 b-agonists in pig liver, kidney and muscle by ultra performance liquid chromatography tandem mass spectrometry. Food Chem. 114: 1115-1121. 尤譽姍、趙偉博、江靜芸、曾素香、蘇淑珠、關麗卿、施養志。2011。禽畜產品中乙型受體素類動物用藥多重殘留檢驗方法之開發。行政院衛生署藥物食品檢驗局100年度自行研究計畫。 	<p>附註：1. 本檢驗方法之定量極限，於肌肉均為0.001 ppm，於內臟均為0.005 ppm。</p> <p>2. 檢體中有影響檢驗結果之物質時，應自行探討。</p> <p>參考文獻：</p> <ol style="list-style-type: none"> Shao, B., Jia, X., Zhang, J., Meng J., Wu, Y., Duan, H., Tu, X. 2009. Multi-residual analysis of 16 b-agonists in pig liver, kidney and muscle by ultra performance liquid chromatography tandem mass spectrometry. Food Chem. 114: 1115-1121. 尤譽姍、趙偉博、江靜芸、曾素香、蘇淑珠、關麗卿、施養志。2011。禽畜產品中乙型受體素類動物用藥多重殘留檢驗方法之開發。行政院衛生署藥物食品檢驗局100年度自行研究計畫。 																				

修正規定

參考層析圖譜



圖、以 LC/MS/MS 分析 21 項乙型受體素類動物用藥標準品及 18 項同位素內部標準品之 MRM 圖譜



圖、以 LC/MS/MS 分析 21 項乙型受體素類動物用藥標準品及 18 項同位素內部標準品之 MRM 圖譜(續)

附表、Brombuterol 等 21 項乙型受體素及內部標準品之多重反應偵測模式參數

項次	分析物	離子對 ^(註)	進樣錐 電壓 (V)	碰撞 能量 (eV)	內部標準品 ^(註)
		前驅離子(<i>m/z</i>)> 產物離子(<i>m/z</i>)			
1	Brombuterol	367 > 214*	25	27	Brombuterol-d ₉
		367 > 212		27	
		367 > 293		18	
2	t-Butylnorsynephrine (Buctopamine)	210 > 136*	8	13	Salbutamol-d ₉
		210 > 192		8	
3	Cimaterol	220 > 160*	15	15	Cimaterol-d ₇
		220 > 202		10	
		220 > 143		20	
4	Cimbuterol	234 > 160*	16	18	Cimbuterol-d ₉
		234 > 216		11	
5	Clenbuterol	277 > 132*	20	30	Clenbuterol-d ₉
		277 > 203		20	
		277 > 259		10	
6	Clencyclohexerol	319 > 203*	22	20	Clencyclohexerol-d ₁₀
		319 > 301		13	
		319 > 168		32	
7	Clenisopenterol	291 > 188*	13	23	Mapenterol-d ₁₁
		291 > 273		12	
		291 > 217		18	
8	Clenpenterol	291 > 203*	16	21	Brombuterol-d ₉
		291 > 132		35	
		291 > 168		39	
9	Clenproperol	263 > 245*	15	12	Clenproperol-d ₇
		263 > 203		18	
		263 > 132		26	
10	Fenoterol	304 > 107*	25	29	Fenoterol-d ₆
		304 > 135		16	
11	Formoterol	345 > 149*	25	18	Formoterol-d ₆
		345 > 121		35	
12	Ioxsuprine	302 > 284*	19	14	Ioxsuprine-d ₆
		302 > 107		28	
		302 > 150		22	
13	Mabuterol	311 > 237*	18	20	Mabuterol-d ₉
		311 > 217		30	
		311 > 202		35	
14	Mapenterol	325 > 237*	24	17	Mapenterol-d ₁₁
		325 > 217		27	
		325 > 202		33	
15	3-o-Methyl-colterol	240 > 166*	18	16	3-o-Methyl-colterol-d ₉
		240 > 134		28	
		240 > 121		28	
16	Ractopamine	302 > 121*	20	20	Ractopamine-d ₆
		302 > 107		20	
		302 > 284		15	

附表、Brombuterol 等 21 項乙型受體素及內部標準品之多重反應偵測模式參數(續)


項次	分析物	離子對 ^(註)	進樣錐 電壓 (V)	碰撞 能量 (eV)	內部標準品 ^(註)
		前驅離子(m/z)> 產物離子(m/z)			
17	Salbutamol	240 > 148*	20	15	Salbutamol-d ₉
		240 > 222		15	
		240 > 166		20	
18	Salmeterol	416 > 232*	30	20	Salmeterol-d ₃
		416 > 91		24	
		416 > 398		14	
19	Terbutaline	226 > 152*	27	16	Terbutaline-d ₉
		226 > 107		30	
		226 > 125		25	
20	Tulobuterol	228 > 154*	20	20	Tulobuterol-d ₉
		228 > 118		20	
21	Zilpaterol	262 > 185*	26	23	Zilpaterol-d ₇
		262 > 202		20	
		262 > 244		13	
I.S.	Brombuterol-d ₉	376 > 294	15	17	—
I.S.	Cimaterol-d ₇	<u>227</u> > 161	14	19	—
I.S.	Cimbuterol-d ₉	243 > 161	8	14	—
I.S.	Clenbuterol-d ₉	286 > 204	20	20	—
I.S.	Clencyclohexerol-d ₁₀	329 > 311	10	13	—
I.S.	Clenproperol-d ₇	270 > 252	8	10	—
I.S.	Fenoterol-d ₆	310 > 141	27	18	—
I.S.	Formoterol-d ₆	351 > 155	20	18	—
I.S.	Isoxsuprine-d ₆	308 > 290	12	13	—
I.S.	Mabuterol-d ₉	320 > 238	15	16	—
I.S.	Mapenterol-d ₁₁	336 > 238	10	16	—
I.S.	3-o-Methyl-colterol-d ₉	249 > 167	19	15	—
I.S.	Ractopamine-d ₆	308 > 168	20	15	—
I.S.	Salbutamol-d ₉	249 > 149	20	15	—
I.S.	Salmeterol-d ₃	419 > 235	25	20	—
I.S.	Terbutaline-d ₉	235 > 153	26	16	—
I.S.	Tulobuterol-d ₉	237 > 154	35	20	—
I.S.	Zilpaterol-d ₇	269 > 185	20	33	—

註：1. *為定量離子對，定性離子對可視基質情況選擇適合之離子對。


2. 內部標準品可使用不同數目氘標幟之同位素內標，並修正MRM參數。

現行規定

參考層析圖譜



圖、以 LC/MS/MS 分析 21 項乙型受體素類動物用藥標準品及 18 項同位素內部標準品之 MRM 圖譜



圖、以 LC/MS/MS 分析 21 項乙型受體素類動物用藥標準品及 18 項同位素內部標準品之 MRM 圖譜(續)

附表、Brombuterol 等 21 項乙型受體素及內部標準品之多重反應偵測模式參數

項次	分析物	離子對 ^(註)	進樣錐 電壓 (V)	碰撞 能量 (eV)	內部標準品 ^(註)
		前驅離子(<i>m/z</i>)> 產物離子(<i>m/z</i>)			
1	Brombuterol	367 > 214*	25	27	Brombuterol-d ₉
		367 > 212		27	
		367 > 293		18	
2	t-Butylnorsynephrine (Buctopamine)	210 > 136*	8	13	Salbutamol-d ₉
		210 > 192		8	
3	Cimaterol	220 > 160*	15	15	Cimaterol-d ₇
		220 > 202		10	
		220 > 143		20	
4	Cimbuterol	234 > 160*	16	18	Cimbuterol-d ₉
		234 > 216		11	
5	Clenbuterol	277 > 132*	20	30	Clenbuterol-d ₉
		277 > 203		20	
		277 > 259		10	
6	Clencyclohexerol	319 > 203*	22	20	Clencyclohexerol-d ₁₀
		319 > 301		13	
		319 > 168		32	
7	Clenisopenterol	291 > 188*	13	23	Mapenterol-d ₁₁
		291 > 273		12	
		291 > 217		18	
8	Clenpenterol	291 > 203*	16	21	Brombuterol-d ₉
		291 > 132		35	
		291 > 168		39	
9	Clenproperol	263 > 245*	15	12	Clenproperol-d ₇
		263 > 203		18	
		263 > 132		26	
10	Fenoterol	304 > 107*	25	29	Fenoterol-d ₆
		304 > 135		16	
11	Formoterol	345 > 149*	25	18	Formoterol-d ₆
		345 > 121		35	
12	Ioxsuprine	302 > 284*	19	14	Ioxsuprine-d ₆
		302 > 107		28	
		302 > 150		22	
13	Mabuterol	311 > 237*	18	20	Mabuterol-d ₉
		311 > 217		30	
		311 > 202		35	
14	Mapenterol	325 > 237*	24	17	Mapenterol-d ₁₁
		325 > 217		27	
		325 > 202		33	
15	3-o-Methyl-colterol	240 > 166*	18	16	3-o-Methyl-colterol-d ₉
		240 > 134		28	
		240 > 121		28	
16	Ractopamine	302 > 121*	20	20	Ractopamine-d ₆
		302 > 107		20	
		302 > 284		15	

附表、Brombuterol 等 21 項乙型受體素及內部標準品之多重反應偵測模式參數(續)

項次	分析物	離子對 ^(註)	進樣錐 電壓 (V)	碰撞 能量 (eV)	內部標準品 ^(註)
		前驅離子(m/z)> 產物離子(m/z)			
17	Salbutamol	240 > 148*	20	15	Salbutamol-d ₉
		240 > 222		15	
		240 > 166		20	
18	Salmeterol	416 > 232*	30	20	Salmeterol-d ₃
		416 > 91		24	
		416 > 398		14	
19	Terbutaline	226 > 152*	27	16	Terbutaline-d ₉
		226 > 107		30	
		226 > 125		25	
20	Tulobuterol	228 > 154*	20	20	Tulobuterol-d ₉
		228 > 118		20	
21	Zilpaterol	262 > 185*	26	23	Zilpaterol-d ₇
		262 > 202		20	
		262 > 244		13	
I.S.	Brombuterol-d ₉	376 > 294	15	17	—
I.S.	Cimaterol-d ₇	<u>277</u> > 161	14	19	—
I.S.	Cimbuterol-d ₉	243 > 161	8	14	—
I.S.	Clenbuterol-d ₉	286 > 204	20	20	—
I.S.	Clencyclohexerol-d ₁₀	329 > 311	10	13	—
I.S.	Clenproperol-d ₇	270 > 252	8	10	—
I.S.	Fenoterol-d ₆	310 > 141	27	18	—
I.S.	Formoterol-d ₆	351 > 155	20	18	—
I.S.	Isoxsuprine-d ₆	308 > 290	12	13	—
I.S.	Mabuterol-d ₉	320 > 238	15	16	—
I.S.	Mapenterol-d ₁₁	336 > 238	10	16	—
I.S.	3-o-Methyl-colterol-d ₉	249 > 167	19	15	—
I.S.	Ractopamine-d ₆	308 > 168	20	15	—
I.S.	Salbutamol-d ₉	249 > 149	20	15	—
I.S.	Salmeterol-d ₃	419 > 235	25	20	—
I.S.	Terbutaline-d ₉	235 > 153	26	16	—
I.S.	Tulobuterol-d ₉	237 > 154	35	20	—
I.S.	Zilpaterol-d ₇	269 > 185	20	33	—

註：1. *為定量離子對，定性離子對可視基質情況選擇適合之離子對。

2. 內部標準品可使用不同數目氘標幟之同位素內標，並修正MRM參數。