

「108 年度儀器分析用氣體」(108TFDA-A-707)

分項二：高階儀器用氣體

單價分析表

項目	品名	規格	包裝	預估需求量	單價	複價
1	氮氣(N ₂)	純度：99.995%	6.0 m ³ /瓶	100		
2	超高純氦氣(He 5N)	純度：99.999%	6.0 m ³ /瓶	100		
3	超高純氦氣(He 5N5)	純度：99.9995% 不純物：N ₂ <1ppm；O ₂ <1ppm； H ₂ O<1ppm 附原廠逐批合格檢驗報告書	6.0 m ³ /瓶	170		
4	超高純氦氣(He 6N)	純度：99.9999% 不純物：N ₂ <0.3ppm；O ₂ <0.1ppm； H ₂ O<0.05ppm 附原廠逐批合格檢驗報告書	6.0 m ³ /瓶	132		
5	高純度液態氬氣(LAr)	純度：99.999%	Kg	20,000		
6	高純度氬氣(HAr)	純度：99.999%	6.0 m ³ /瓶	21		
7	高純度氧氣 3.4L	純度：99.999%	0.5 m ³ /瓶	3		
8	高壓甲烷 10L	純度：99.7%	1.5 m ³ /瓶	3		
9	超高純度氮氣 10L (N ₂ 5N5)	純度：99.9995% 不純物：O ₂ <1ppm；Ar<1ppm； CO ₂ <1ppm；H ₂ O<1ppm 附原廠逐批合格檢驗報告書	1.5 m ³ /瓶	2		
總計						

廠商：

負責人：

備註：

1. 請投標廠商依各項目，分別提列各項單價，核計加總，並將總標價金額以國字大寫填至投標標價清單後投標。
2. 送貨包裝量與規格包裝量不同時，須至少符合兩者相乘之總量。
3. 請蓋公司大小章。
4. 投標廠商填報單價、複價及總計金額必須計算無誤，且總計金額必須符合「投標標價清單」之總標價，若各項金額計算錯誤或不符合「投標標價清單」之總標價皆視為不合格廠商。