

美堅邁斯血中酒精/血中氨分析用品管液-液狀

回收警訊

許可證字號：衛署醫器輸字第 017589 號

產品英文名稱：MGC MAS Alcohol/Ammonia

受影響規格/型號/批號：

名稱描述	型號	批號
MGC MAS Alcohol/Ammonia	AAC-MP	AA2001M

發布對象：醫療從業人員/醫療器材專業人員

警訊說明：

受影響型號/批號產品在某些狀況時，Low control 測出的 Ammonia 值會高於預期，因此建議停止使用此批號產品。

國內矯正措施：

經查，國內進口之受影響數量共 5 件，產品皆尚未售出，醫全實業股份有限公司已將庫存產品全數銷毀。

廠商聯絡資訊：

公司名稱：醫全實業股份有限公司

聯絡電話：02-29180011#210

聯絡人電子郵件：ey@beam.com.tw

相關警訊來源(網址)：

<https://ncmdr.sfda.gov.sa/Secure/CA/CaViewRecall.aspx?caid=10&rid=13624>