

"奇異" 新生兒保溫箱

安全警訊

許可證字號：衛署醫器輸字第 011849 號

產品英文名稱："GE" Neonatal Incubator

受影響規格/型號/批號：

名稱描述	批號	序號
Giraffe Bedded 保溫箱/ Panda iRes 保溫箱	GTIN:00840682103923/ GTIN:00840682103893	所有以 GBW、PBW 和 HDJ 開頭的序號

發布對象：醫療從業人員/醫療器材專業人員

警訊說明：(回收/矯正原因描述)

原廠發現如果使用床邊面板而不是前手柄或操縱手柄來移動保溫箱，受影響序號產品的床邊面板和門鎖區域可能裂開或斷裂。如果嬰兒撞到裂開的床邊面板或斷裂的門鎖，面板可能脫離並張開，不再保護嬰兒免於掉出保溫箱。

國內矯正措施：

經查，國內進口之受影響序號產品共 7 台，奇異亞洲醫療設備股份有限公司預計於 108 年 4 月 30 日前完成通知受影響客戶並提供建議事項。

廠商聯絡資訊：

公司名稱：奇異亞洲醫療設備股份有限公司

聯絡電話：04-2385-1300 廖小姐

聯絡人電子郵件：Muse.Liao@ge.com

相關警訊來源(網址)：

<http://apps.tga.gov.au/PROD/SARA/arn-detail.aspx?k=RC-2019-RN-00439-1>