

"諾保科" 牙科手用器械 (未滅菌) 回收警訊

許可證字號：衛部醫器輸壹字第 019864 號

產品英文名稱："Nobel Biocare" Dental hand instrument (Non-Sterile)

受影響規格/型號/批號：

名稱描述	型號	批號
牙科手用器械 (未滅菌)	37471	73421、73296

發布對象：醫療從業人員/醫療器材專業人員

警訊說明：(回收/矯正原因描述)

原廠發現受影響批號產品因包裝密封度不佳，無法保證產品在保存期限內的無菌度。

國內矯正措施：

經查，國內進口之受影響批號產品共 8 件，台灣諾保科股份有限公司已於 108 年 3 月 29 日通知受影響客戶且更換新品，並預計於 108 年 7 月 28 日前完成產品回收銷毀。

廠商聯絡資訊：

公司名稱：台灣諾保科股份有限公司

聯絡電話：02-2793-9933

聯絡人電子郵件：Lowry.Chen@kavo.com

相關警訊來源(網址)：廠商自主通報，無原始網頁