

"登士柏" 牙齒骨內植入物附件 (未滅菌)

回收警訊

許可證字號：衛部醫器輸壹字第 019013 號

產品英文名稱："Dentsply" Endosseous dental implant accessories (Non-sterile)

受影響規格/型號/批號：

名稱描述	型號	批號
Drill Extension for Astra Tech Implant System	Drill Extension(22520)	417849

發布對象：醫療從業人員/醫療器材專業人員

警訊說明：

受影響型號/批號產品在使用過程中會因密合度不足而導致脫落。

國內矯正措施：

經查，國內進口之受影響型號/批號產品共 10 個，使用單位共 1 家，美商登士柏西諾德股份有限公司台灣分公司已於 108 年 5 月 3 日通知受影響客戶並要求退回產品，前述措施預計於 108 年 5 月 31 日前完成。

廠商聯絡資訊：

公司名稱：美商登士柏西諾德股份有限公司台灣分公司

聯絡電話：02-29557000

相關警訊來源(網址)：

加拿大 Health Canada：

<http://www.healthycanadians.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2019/69750r-eng.php>