

“美德思”管路組 回收警訊

許可證字號：衛署醫器輸字第 022065 號

產品英文名稱：“Medos” Tubing Sets

受影響規格/型號/批號：

型號	批號
MEH2C3792 (30000071)	190107M606

發布對象：醫療從業人員/醫療器材專業人員

警訊說明：(回收/矯正原因描述)

受影響型號/批號產品因膠合不佳，可能導致泵頭滲漏而無法使用，故廠商自主回收該批產品。

國內矯正措施：

經查，國內進口之受影響型號/批號產品共 12 套，興東藥品器材有限公司已於 108 年 5 月 20 日通知客戶，並已於 108 年 5 月 29 日完成產品回收。

廠商聯絡資訊：

公司名稱：興東藥品器材有限公司

聯絡電話：(02) 2695-1811

相關警訊來源(網址)：廠商自主通報，無原始網頁