

雷射醫療設備未被核准用於治療真菌性指甲感染 安全警訊

警訊摘要：

加拿大衛生部（Health Canada）發布此警訊，以提醒民眾和醫療人員注意雷射醫療設備未被核准於真菌性指甲感染(甲癬, onychomycosis)的治療。Health Canada 發現部分診所、水療中心和供應商正在推廣以雷射治療甲癬。若依賴雷射而不是尋求專業醫師來治療甲癬，可能會危害健康。在接受甲癬治療之前，民眾應該尋求能夠診斷及建議有效療程的專業醫療人員。不正確的診斷可能導致不必要及不適當的治療。

甲癬可能導致疼痛、指甲損傷或指甲脫落及皮膚感染。一些如患有糖尿病或免疫系統較弱的病人，可能更有發生嚴重併發症的風險，包括細菌性皮膚感染及影響四肢的疾病。

目前在加拿大核准的一些雷射醫療設備，只會改變指甲的外觀，用以暫時提高甲癬病人的指甲清晰度，並無法治療潛在的感染。Health Canada 尚未收到足夠的證據證明雷射治療可用於治療甲癬。

民眾須知：

- 不要使用雷射醫療設備來治療甲癬。
- 對於診所、水療中心或供應商以雷射醫療設備治療甲癬的廣告宣傳要謹慎。
- 僅使用雷射醫療設備治療甲癬的患者，應立即聯繫專業醫療人員。

相關警訊來源(網址)：

加拿大 Health Canada：

<http://www.healthcanadians.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2019/70553a-eng.php>