

"卡弗迅"介入體骨髓切片／組織抽取針 回收警訊

許可證字號：

衛署醫器輸字第 010945 號

產品英文名稱：

"CAREFUSION" T-HANDLE JAMSHIDI BONE MARROW BIOPSY/ASPIRATION NEEDLES

受影響規格/型號/批號：

型號	批號
TJM4008	0001159474

發布對象：醫療從業人員/醫療器材專業人員

警訊說明：(回收/矯正原因描述)

原廠發現受影響型號/批號產品之滅菌包裝袋有密合不全的問題，可能導致汙染或感染，故主動進行回收。

國內矯正措施：

經查，國內進口之受影響型號/批號產品共 680 個，使用單位共 11 家，新加坡商必帝股份有限公司台灣分公司於 108 年 9 月 2 日通知客戶退回受影響產品。前述回收行動預計於 108 年 10 月 31 日前完成。

廠商聯絡資訊：

公司名稱：新加坡商必帝股份有限公司台灣分公司

聯絡電話：02-2722-5660 ext2472263

聯絡人電子郵件：allen.chang@bd.com

相關警訊來源(網址)：

中國大陸 NMPA：<http://www.nmpa.gov.cn/WS04/CL2134/357726.html>