

"柏朗"雪蘭真注射針

回收警訊

許可證字號：衛署醫器輸字第 017520 號

產品英文名稱："B.Braun"Serofine needle

受影響規格/型號/批號：

型號	批號
29G (16441MS)	18G01G8711

發布對象：醫療從業人員/醫療器材專業人員

警訊說明：(回收/矯正原因描述)

總公司接獲委託製造廠 B. Braun 通知，於上市後持續監測作業發現，受影響型號/批號產品之盒裝 29G 針頭(100 個/盒)內可能同時放置有同長度、較大針蓋規格之安全性針頭，以致無法裝載於搭配之 Easypod 自動注射器上使用，故進行主動回收。

國內矯正措施：

經查，國內進口之受影響型號/批號產品共 144 盒，台灣默克股份有限公司已於 108 年 7 月 29 日通知受影響客戶，並將受影響產品回收至裕利股份有限公司倉儲等待銷毀。前述回收行動已於 108 年 8 月 30 日完成。

廠商聯絡資訊：

公司名稱：台灣默克股份有限公司

聯絡電話：(02)2162-1111 #1526

聯絡人電子郵件：Quality-Taiwan@merckgroup.com

相關警訊來源(網址)：廠商自主通報，無原始網頁