

"捷邁" 非動力式骨科牽引器及配件 (未滅菌)

回收警訊

許可證字號：衛部醫器輸壹字第 016832 號

產品英文名稱："Zimmer" Nonpowered orthopedic traction apparatus and accessories (Non-Sterile)

受影響規格/型號/批號：

型號	批號
00-1320-000-00	所有批號
00-1320-210-00	
00-1320-211-00	
00-1320-010-00	
00-1320-011-00	

發布對象：一般民眾/醫療從業人員/醫療器材專業人員

警訊說明：(回收/矯正原因描述)

受影響型號/批號產品之清潔過程可能不完全，故總公司主動召回相關支架基板組件和底座(Foot Piece)。

國內矯正措施：

經查，國內進口之受影響型號/批號產品共 45 個，台灣捷邁醫療器材股份有限公司已於 108 年 6 月 3 日開始通知受影響客戶，並依照原廠指示將受影響產品退回國外。前述矯正措施已於 108 年 9 月 30 日完成。

廠商聯絡資訊：

公司名稱：台灣捷邁醫療器材股份有限公司

聯絡電話：02-21712800

聯絡人電子郵件：Margaret.Fu@zimmerbiomet.com

相關警訊來源(網址)：廠商自主通報，無原始網頁