

“史賽克”充氣式止血帶(滅菌/未滅菌)

回收警訊

許可證字號：衛署醫器輸壹字第 006404 號

產品英文名稱：“Stryker” Pneumatic Tourniquet (sterile/non-sterile)

受影響規格/型號/批號：

型號	批號
5921018135	60180373

發布對象：醫療從業人員/醫療器材專業人員

警訊說明：(回收/矯正原因描述)

受影響型/批號產品因袖帶漏氣，而導致產品失去止血功能。

國內矯正措施：

經查，國內進口之受影響型/批號產品共 10 支庫存品，美商史賽克（遠東）有限公司台灣分公司已於 108 年 11 月 20 日根據原廠指示進行銷毀。

廠商聯絡資訊：

公司名稱：美商史賽克（遠東）有限公司台灣分公司

聯絡電話：02-23673088

聯絡人電子郵件：ann.chen@stryker.com

相關警訊來源(網址)：

中國 NMPA：<http://www.nmpa.gov.cn/WS04/CL2134/371315.html>