

3M 醫療膠帶 (未滅菌)
(國內無進口受影響產品)
回收警訊

許可證字號：衛署醫器輸壹字第 001292 號

產品英文名稱：3M Surgical Tapes (Non-Sterile)

受影響規格/型號/批號：

名稱描述	型號	批號(國內無進口受影響批號產品)
3M Durapore Advanced Surgical Tape	UU009104892 (1590-1)、 70201176214 (1590S-1)	2021-07AA、2021-07AB、 2021-07AC、2021-07AD、 2021-07AE、2021-09AA、 333BMJ、333BND、333FL4、 333NER、3346RC、3346W7、 0000334JDJ

發布對象：醫療從業人員

警訊說明：(回收/矯正原因描述)

原廠發現受影響產品當長期暴露於持續高濕的臨床環境時，可能會導致膠帶黏貼失效，導致膠帶無法正常使用。此外，膠帶纖維可能會因磨損而意外被人體攝入或吸入，原廠因此進行回收行動。

國內矯正措施：

經查，國內未進口受影響型/批號產品，故台灣明尼蘇達礦業製造股份有限公司無須執行回收行動。

廠商聯絡資訊：

公司名稱：台灣明尼蘇達礦業製造股份有限公司

聯絡電話：(02) 2785-9338

相關警訊來源(網址)：

澳洲 TGA：<http://apps.tga.gov.au/PROD/SARA/arn-detail.aspx?k=RC-2019-RN-01722-1>