



衛生福利部食品藥物管理署
109 年度「超高效液相層析儀」
規格需求說明書

中 華 民 國 109 年 2 月

衛生福利部食品藥物管理署
109 年度「超高效液相層析儀」
規格需求說明書

一、說明：

為防制新興毒品及不法藥物的危害，本署積極開發各項檢驗方法，並受理新興毒品及不法藥物之檢驗案。為強化新興毒品及不法藥物檢驗量能，擬採購超高效液相層析儀 1 套(含光電二極體陣列偵測器及螢光偵測器)。

二、採購標的規格、數量：

(一) 採購標的規格：

1. 超高效液相層析儀

(1) 幫浦系統

甲、四溶媒梯度低壓混合系統，含有 4 通道除氣裝置。

乙、可放置 26 種(含)以上溶媒。

丙、可設定流量：0.001-5.00 mL/min，以 0.001 mL/min 增量。

丁、流量準確度：± 1 % 以下。

戊、耐壓範圍：至少 10,000 psi。

己、智慧系統類比技術(ISET)可支援不同廠家間儀器及同家廠商不同等級幫浦的方法轉換，不需要更換原始方法，達到相同的層析結果。

庚、具有早期警訊設計 (EMF)，可監控儀器的使用狀態及損耗，及早提出更換的需求。

(2) 自動進樣系統

甲、可放置至少 96 個 2 mL 樣品瓶。

乙、進樣容量精確度：1 % 以下。

丙、進樣體積：0.1 ~ 100 μL 。

丁、系統殘留：0.004% 以下。

戊、控溫範圍：至少 4 - 40 $^{\circ}\text{C}$

(3) 管柱控溫箱：

甲、控溫範圍：至少可達 85 $^{\circ}\text{C}$ 。

乙、至少可容納 4 支；300 mm 管柱(含)以上。

丙、可利用閥件自動管柱切換

(4) 光電二極體檢測器：

甲、二極體單元：512 單元二極體(含)以上。

乙、光源：氘燈(Deuterium lamp)。

丙、波長範圍：190 - 640 nm (含)以上。

丁、波長準確度： $\pm 1\text{ nm}$ 以下。

戊、樣品槽最大壓力：至少 800 psi。

己、雜訊： $\pm 0.03\text{ mAU}$ 以下。

庚、信號漂移： 3 mAU/hr 以下。

辛、樣品槽光徑：10 mm。

壬、掃描速度：至少 100 Hz。

癸、具有波長自動校正，可達光源最佳化的功能。

(5) 螢光檢測器：

甲、光源：氙氣燈(Xenon)。

乙、激發波長範圍：200 - 1200 nm (含)以上。

丙、散射波長範圍：200 - 1200 nm (含)以上。

丁、可同時偵測四個波長(含)以上。

戊、波長準確度： $\pm 3\text{ nm}$ 以下。

己、掃描速度：至少 140 Hz。

2. 系統控制及資料處理系統：

(1) 桌上型電腦 Intel Core i7 以上，16 GB 以上記憶體，512 GB 固態硬碟(SSD) 2 個，24 吋以上螢幕。

(2) 軟體：

甲、作業系統：Windows 10 專業版(64 bit)或以上。

乙、系統控制軟體。

A、具控制與收集儀器訊號功能。

B、具 online 與 offline 軟體介面。

C、可建立光譜資料庫，並能比對光譜資料庫。

D、報告輸出具 PDF 功能。

E、保固內可免費升級。

F、具有學習精靈功能建立層析方法所需求的條件，包含溶媒、梯度、管柱及溫度等多種組合分析條件，並可自動生成上機序列。

G、報告格式可顯示泡泡圖(bubble chart)，包含訊號峰的數量、解析度與滯留時間。

(3) 防毒軟體：合法授權防毒軟體 1 套，保固期內免費更新病毒檔(碼)。

(4) 須在儀器主電源線上安裝「電流監控裝置(單相電錶)」，該裝置可透過網路線傳送儀器使用紀錄至電流監控系統。規格如下：

甲、可測量之交流電功率模式

A、佈線：1P2W-2CT，配合儀器需要。

B、輸入電壓：10~300 伏，配合儀器需要。

C、輸入電流：CTΦ10 毫米 (60 A)；CTΦ16 毫米 (100 A)；CTΦ24 毫米 (200 A)。

D、輸入頻率：50/60 赫茲。

E、W 精度：優於 1% (PF = 1)。

F、起動電流： $> 0.03A(60A)$ ， $> 0.05A(100A)$ ， $> 0.09A(200A)$ 。

G、功率參數測量：真 RMS 電壓 (V_{rms})，真 RMS 電流 (I_{rms})，有功功率 (kW)，有功電能 (kWh)，視在功率 (kVA)，視在電能 (kVAh)，無功功率 (kVAR)，無功電能 (kVARh)，功率因數 (PF)。

乙、訊號通訊方式：乙太網絡，協議 Modbus TCP。

丙、報警輸出方式：

A、表格 A (常開) x 2。

B、繼電器觸點電壓範圍： $5 A @ 250 V AC(47\sim 63Hz)$ ， $5 A @ 30 V DC$ 。

丁、機體功率：

A、輸入範圍：直流 +12~48 V。

B、能量消耗：5 瓦以下。

戊、機械本體規格：

A、套管：塑料 (易燃性 UL 94V-0，或同等品)。

B、尺寸 (寬 x 長 x 高)：考量實驗室空間須在 150 毫米以下 x 150 毫米以下 x 50 毫米以下。

C、模塊安裝：以 DIN 導軌安裝。

D、CT 安裝：夾上式。

(二) 採購標的數量：

超高效液相層析儀 1 台(含幫浦系統、自動進樣系統、管柱控溫箱、光電二極體檢測器及螢光檢測器)及系統控制及資料處理系統 1 套。

(三) 本採購標的執行內容之主要部分：

□ 本採購標的範圍之全部。

- 本採購標的範圍之部分：本案設備之安裝、現場測試、3Q 驗證及保固，應由得標廠商自行履約。

三、交貨、履約期限：

- 廠商應於 **109 年 7 月 31 日前**，完成履行採購標的之供應。

□ 廠商應自決標日起□_____日曆天、□_____工作天內，完成履行採購標的之供應。

□ 其他：

- 1.每月由本署依所需數量通知得標廠商交貨，得標廠商需自接獲機關通知之次日起 7 日（□日曆天 □工作天）（請勾選 ■）內交貨，如本署未再通知交貨，得標廠商不得向本署提出任何要求。

四、投標廠商基本資格及應檢附之資格證明文件：

（非屬巨額或特殊採購不得訂定廠商特定資格）

（一）投標廠商基本資格（具下列■資格之一者）：

□ 財（社）團法人團體、公、協、學會

□ 公（私）立大專院校

□ 公立學術研究機構

□ 政府機關及其附屬之研究機構

■ 經政府合法登記之公司、行號、機構

□ 經政府合法登記之醫療機構（含醫院、診所）

□ 經政府合法登記之合作社

（二）應檢附之資格證明文件：

- 廠商登記或設立證明影本【如：如公司登記或商業登記證明文件、非屬營利事業之法人、機構或團體依法須辦理設立登記之證明文件、工廠登記證明文件、許可登記證明文件、執業執照、開業證明、立案證明或其他由政府機關或其授權機構核發該廠商係合法登記或設立之證明文件】。

上開證明，廠商得以列印公開於目的事業主管機關網站之資料代之。

【注意：依經濟部 98 年 4 月 2 日經商字第 09802406680 號公告：「直轄市政府及縣（市）政府依營利事業統一發證辦法所核發之營利事業登記證，自 98 年 4 月 13 日起停止使用，不再作為證明文件。」準此，投標廠商如以營利事業登記證作為資格證明文件，而無其他足資證明之文件者，視為資格不符】

□本採購屬經濟部投資審議委員會公告「具敏感性或國安(含資安)疑慮之業務範疇」之資訊服務採購，廠商不得為經濟部投資審議委員會公告之陸資資訊服務業者。(上開業務範疇及陸資資訊服務業清單公開於經濟部投資審議委員會網站 <http://www.moeaic.gov.tw/>)。

□本採購允許合作社參與投標，投標廠商為合作社者，應附具合作社章程，且章程業務項目需涵蓋本採購委託工作項目。

■ **廠商納稅之證明：**

(1)營業稅繳稅證明：為營業稅繳款書收據聯或主管稽徵機關核章之最近一期營業人銷售額與稅額申報書收執聯。廠商不及提出最近一期證明者，得以前一期之納稅證明代之。新設立且未屆第一期營業稅繳納期限者，得以營業稅主管稽徵機關核發之核准設立登記公函代之；經核定使用統一發票者，應一併檢附申領統一發票購票證相關文件。(本項適用於依營業稅法須報繳營業稅者之情形)

(2)所得稅證明：最近一期之所得稅申報證明文件。廠商不及提出最近一年證明文件者，得以前一年之納稅證明文件代之。

(3)營業稅或所得稅之納稅證明，得以相同期間內主管稽徵機關核發之無違章欠稅之查復表代之。

(4)依法免繳納營業稅或所得稅者，應繳交核定通知書影本或其他依法免稅之證明文件影本。

□ 廠商依工業團體法或商業團體法加入工業或商業團體之證明影本（如：會員證）。

（三）廠商需提出資格文件影本繳驗，必要時本署並得通知廠商提

供正本供查驗。

五、預估經費：

(一) 採購金額：新台幣（以下同）參佰陸拾萬元整。

■ 本案預算金額：參佰陸拾萬元整，內容如下：

(前述經費 ■含運費 □不含運費)。

□ 採固定金額給付之項目及費用： 仟 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元整。

1.項目如下：

2.採固定金額給付之經費，決標後無須調整各項單價。

□ 核實支付項目及費用： 仟 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元整。

1. 核實支付項目如下：

2. 核實支付項目之費用：

□ 採固定金額給付，決標無須調整各項單價。

□ 非採固定金額給付，決標後須依決標金額比率調整各項單價。

□ 本採購機關得依採購法第 22 條第 1 項第 7 款規定，保留未來向得標廠商增購之權利，擬增購之項目及內容：

1.本案保留後續擴充之經費為 仟 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元整。

2.本案保留後續擴充之項目及內容：

□ 期間為_____年、月

□ 數量為_____個

□其他：

~~3.辦理方式：廠商應以原契約決標價金條件繼續承包，機關並得以換文方式辦理，免召開議價會議。~~

(二) 投標廠商應依各項目，分別提列各項單價後加總填報總價投標。

- (三) 注意：投標廠商報價不得逾預算金額，投標廠商報價超過預算金額者，依政府採購法第 50 條第 1 項第 2 款暨行政院公共工程委員會 96 年 10 月 2 日工程企字第 09600396110 號函規定，列為不合格標，不予減價機會。

六、招標、決標方式及原則：

(一) 招標方式：

- ☐ 公開取得報價單：依中央機關未達公告金額採購招標辦法第 2 條第 1 項第 3 款暨第 3 條（如無該第 3 條之需求則請刪除）規定辦理。【限未達公告金額採購】
- ☐ 公開取得電子報價單：依中央機關未達公告金額採購招標辦法第 2 條第 1 項第 3 款暨第 3 條（如無該第 3 條之需求則請刪除）及第 93 條之 1 規定公開取得電子報價單規定辦理。【限未達公告金額採購】
- 公開招標：依採購法第 18、19 條辦理。
- ☐ 限制性招標：
 - ☐ 依採購法第 22 條第 1 項第 款辦理。
 - ☐ 依採購法施行細則第 23 條之 1 第 2 項規定以公告程序徵求受邀廠商，作為邀請比、議價之用。
 - ☐ 依中央機關未達公告金額採購招標辦法第 2 條第 1 項第 1 款規定（符合採購法第 22 條第 1 項第 2 款）辦理。
【限未達公告金額採購】
 - ☐ 依中央機關未達公告金額採購招標辦法第 2 條第 1 項第 2 款規定辦理。【限未達公告金額採購】

(二) 決標方式：

1. 採訂有底價並以 ■ 總價決標 ☐ 單價決標
2. 本案採 ■ 非複數決標

- ☐ 分項、複數決標
- ☐ 分區、複數決標
- ☐ 固定金額決標

(三) 決標原則：

- 依採購法第 52 條第 1 項 ■第 1 款 ☐第 2 款 ☐第 3 款
- ☐第 4 款(合於最低價格之競標精神)。

七、交貨驗收及付款方式：

(一) 交貨驗收及付款方式

- 本案採一次驗收，並於驗收合格無待解決事項後，給付契約價金總額。廠商應檢附發票（或收據）連同交寄證明或收貨單辦理請款。
- ☐ 本案採分批驗收、分批付款方式辦理：
本案採分批交貨、分批付款。每次付款按實際交付數量乘以契約單價計費，並於每次交貨完成，待本署驗收合格，無待解決事項後，核實支付契約價金。

(二) 其他驗收規定事項：

- 1.得標廠商應於履約期限屆滿之日或屆滿前，書面通知機關辦理驗收。逾履約期限屆滿之日，依契約書遲延履約規定計收逾期罰款(以機關收文日為準)。
- 2.得標廠商實際完成交貨之日期，以採購標的送達機關指定地點，完成安裝測試及教育訓練並經機關簽收為準。
3. 得標廠商需於裝機現場進行設備之設置、操作、性能（IQ、OQ、PQ）3Q 驗證，並提供驗證報告書 3 份。
4. 裝機時需附繁體中文標準操作手冊 3 份及電子檔 1 份。如為進口品，另應檢附英文標準操作手冊 3 份及電子檔 1 份。中文操作手冊須內含(1)使用注意事項，(2)全機構造解說及安裝程序，(3)詳細操作說明，(4)故障及錯誤訊息指示，(5)日

常保養及維護程序。英文操作手冊須內含 (1)使用注意事項，(2)全機構造解說及安裝程序，(3)詳細操作說明，(4)故障及錯誤訊息指示，(5)日常保養及維護程序。

5. 至少須提供 12 小時操作之教育訓練，內容含儀器操作及簡易維護(修)，亦須檢附教育訓練資料 3 份及電子檔 1 份。
6. 得標廠商應以新品交貨（附原廠出廠證明），惟出廠日期最早不得逾決標日期前 **6 個月**。整套系統(除電腦設備外)需為單一廠牌。
7. 保固書 1 份。

八、交貨驗收地點：

☒ 衛生福利部食品藥物管理署（台北市南港區昆陽街 161-2 號）

☐ 本署指定地點：

九、罰則：詳如本案契約書（草案）

十、其他相關事項：

（一）本案投標廠商投標文件應包括下列內容：

1. 投標廠商之資格文件（請依本案投標須知辦理）。
2. 本案採購標的之型錄。
3. 押標金新台幣 5 萬
4. 招標投標及契約文件(三用文件)。
5. 標價清單。
6. 本案採購標的之型錄。
7. 若使用同等品，需於投標文件提出，廠商應於投標文件內敘明同等品之廠牌、價格及功能、效益、標準或特性等相關資料，以供審查，經審查非屬同等品者為不合格廠商。

- (二) 廠商投標時，請將前條所列投標文件裝入不透明容器（封套）密封，並於截止投標期限前以掛號、快遞或專人親送等方式送達本署【衛生福利部食品藥物管理署（台北市南港區昆陽街161-2號秘書室）】，投標信封上應註明「本案採購案名」、「案號」及「投標廠商名稱」、「地址」。凡逾時送達或未載明採購案名、案號及投標廠商名稱，致無法判別為本標案者，皆視為無效標(公開取得電子報價單者不適用)。
- (三) 本案報價應含各細項費用及一切稅賦。
- (四) 投標廠商報價不得逾預算金額，投標廠商報價超過預算金額者，依政府採購法第50條第1項第2款暨行政院公共工程委員會96年10月2日工程企字第09600396110號函規定，列為不合格標，不予減價機會。
- (五) 本案得標廠商應繳履約保證金金額(無者免填)：
☐ 一定金額：_____；☒ 契約金額之一定比率：_5_%。
- (六) 本案得標廠商應繳保固保證金金額(無者免填)：
☐ 一定金額：_____；☒ 契約金額之一定比率：_3_%。
- (七) 本案保固期限：自驗收合格之次日起算_3_年。
1. 所有機件自驗收合格之次日起3年保固，如有儀器故障（包含與其連線之電腦軟硬體授權更新及維修保養）時，經機關通知後3個工作天內派人到場免費服務及維修，除消耗品需付費外，所有零件均免費維修。
2. 叫修後1個月內未能完修，應即無條件更換新機；並於完成測試日起保固期重新計算3年。
- (八) 得標廠商之履約成果，如有侵害第3人合法權益時，由廠商負責處理，並承擔一切責任。

- (九) 本案規格需求說明書及廠商所送之產品型錄、樣品內容，決標後均視為契約之一部分，非因不可抗力之因素，經契約雙方書面同意，不得變更。
- (十) 本案經費係屬 **109 年** 預算，如因政府法令或立法院預算審議結果，致無法按期給付價款時，本署得通知得標廠商變更付款方式、終止或解除契約。
- (十一) 本案契約總價曾經減價而確定者，決標後，得標廠商應於決標日起 3 日內，依決標金額比率調整各項單價。調整後之單價分析表，應經請購單位人員審查確認無誤，始得辦理後續契約書印製事宜。
- (十二) 決標後____日內（無者免填），得標廠商需提出詳細工作進度表及細部執行計畫，以作為履約進度掌控之依據。
- (十三) 本案規格承辦人，本署研究檢驗組范孟棋（先生），地址：台北市南港區昆陽街 161-2 號；電話：02-2787-7732，依採購法第 41 條「廠商對招標文件內容有疑義者，應於招標文件規定之日期前，以書面向招標機關請求釋疑。」，同法第 75 條「廠商對於機關辦理採購，認為違反法令或我國所締結之條約、協定，致損害其權利或利益者，以書面向招標機關提出異議。」