


一、 本案設備預計放置位置及周邊支援系統(C棟5樓533室)(本圖長度單位皆為公分)

●：空壓

●：220V電源.



二、 廠商需依實際情況及本廠規格需求規劃設備尺寸及放置位置，需使動線順暢，且設備需距離出風口及回風口(綠色方框)50 公分以上，本圖僅供參考，其餘安裝規範詳見規格需求說明書二、(一)7.安裝、訓練規範說明。