

“路希” 崔克費雷思加強型氣切管及配件 回收警訊

許可證字號：衛部醫器輸字第 026044 號

產品英文名稱：“Rusch” TracFlex Plus Tracheostomy Tube and Accessories

受影響規格/型號/批號：

| 名稱描述 | 型號 | 批號 |
|------|--------|---|
| 氣切管 | 121903 | 15BT12、17LT39、18BT11、15JT16、19AT19、16AT06 |

發布對象：醫療從業人員/醫療器材專業人員

警訊說明：(回收/矯正原因描述)

受影響產品於使用時無法充氣/洩氣，故原廠主動召回產品。

國內矯正措施：

經查，國內進口之受影響型/批號產品共 106 個，台灣泰利福醫療產品有限公司於 109 年 5 月 8 日通知受影響客戶回收並停止銷售受影響產品。前述矯正措施已於 109 年 6 月 8 日完成。

廠商聯絡資訊：

公司名稱：台灣泰利福醫療產品有限公司

聯絡電話：02-26565965

聯絡人電子郵件：Teleflex.Taiwan@teleflex.com

相關警訊來源(網址)：廠商自主通報，無原始網頁