

“巴德”安全性賀伯注射針組 回收警訊

許可證字號：衛署醫器輸字第 024935 號

產品英文名稱：“Bard” SafeStep Huber Needle Set

受影響規格/型號/批號：

型號	批號
LH-0029	ASENF002
LH-0030YN	ASDWF065
LH-0031	ASEPF017
LH-0031YN	ASEPF005
LH-0032	ASEPF014
LH-0032YN	ASDZF059

發布對象：醫療從業人員/醫療器材專業人員

警訊說明：(回收/矯正原因描述)

受影響產品於使用過程中，可能在其魯厄式(Luer)接頭或 Y 型部位附近的管道，發生裂紋或破裂。

國內矯正措施：

經查，國內進口之受影響型號/批號產品共 1,200 支，皆無銷售紀錄，巴德股份有限公司尚等候原廠進一步通知後續作業。

廠商聯絡資訊：

公司名稱：巴德股份有限公司

聯絡電話：(02) 2772-5660 #2472262

聯絡人電子郵件：cherry.lin@bd.com

相關警訊來源(網址)：

加拿大 Health Canada：

<https://www.healthycanadians.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2020/73549r-eng.php>