

# “邁柯唯”手術台及附件(未滅菌)

## 安全警訊

### (國內無進口受影響產品)

許可證字號：衛署醫器輸壹字第 004852 號

產品英文名稱：“Maquet” operating tables and accessories (Non-Sterile)

受影響規格/型號/批號：

型號	序號 (國內無進口受影響序號)
720001F0	211~226、701~711
143301B0	1~267
143302B0	1~62

發布對象：一般民眾/醫療從業人員/醫療器材專業人員

警訊說明：(回收/矯正原因描述)

原廠收到有關手術台 MEERA、YUNO 和 YUNO II 的塑膠插座分離之通報，造成電子零件及/或電線暴露在外，在電源線仍連接至電源插座的情況下，可能導致使用者或第三方與暴露的電子零件接觸而觸電。

國內矯正措施：

經查，國內未進口受影響產品，故台灣悅廷和有限公司無須執行矯正行動。

廠商聯絡資訊：

公司名稱：台灣悅廷和有限公司

聯絡電話：02-8161-6588

相關警訊來源(網址)：

澳洲 TGA：<https://apps.tga.gov.au/PROD/SARA/arn-detail.aspx?k=RC-2020-RN-00850-1>